



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр.
од

Позив за поправку,
д о с т а в љ а.-

Предузеће **Alfamed** д.о.о.
ул Љубомира Стојановића 3, Београд
факс 011/ 275 00 30

На основу Уговора број 1192-11 од 12.04.2013. године, молимо да извршите услугу поправке следећег СнПС-а, на употреби у Институту за микробиологију:

Рб	назив ПС-а/СнПС-а	Серијски број	Неисправност
1	Дубински замрзивач (-80 ⁰ с) производње произвођача С.Ф. di Сиро Fiocchetti&С.С.Н.С. тип Kottermann 2651	880027	Не постиже задату температуру, неисправан компресор за дубоко замрзавање

Услуга у складу са елементима наведеног уговора, са роком реализације до 15 дана (члан 4. тачка 4.1.) и гаранцијом на извршену услугу у трајању од 9 месеци (члан 10. тачка 10.1.)

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима и радни налог) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. Плаћање у року од 30 дана (члан 5. тачка 5.1. уговора).

МС

МП

Н А Ч Е Л Н И К
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Унможено у 1 (један)
примерка и достављено:
- наслову
- уз омот предмета