



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 101 - 17
18-05-2020 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, доставило 15.05.2020. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 16/20 Јединице за вантелесни крвоток – оксигенатори и касете за грејање крви и течности**, за потребе ВМА, по следећем: “ 1. Предметом набавке није дефинисано да ли оксигенатор треба да има двоструки двоструки венски резервоар за крв? Двоструки венски резервоар пружа бољу биокompatibilност, јер омогућава раздвајање крви у две одвојене коморе, једна за дренажу контаминиране крви са ткивом која се директно може процесуирати у апарат за аутотрансфузију или одстранити и друга комора која служи за рецикулацију.

2. С обзиром да предметом набавке није дефинисано од ког материјала треба да буде размењивач топлоте, молим Вас да нам појасните да ли се тражи пластични или метални размењивач топлоте?

3. Предметом набавке је дефинисано: “артеријски филтер интегрисан унутар саме мембране оксигенатора тако да не повећава прајминг волумена оксигенатора “. Ова карактеристика је само маркетиншка формулација неких произвођача, и уместо правог артеријског филтера произвођачи стављају заштиту од мехурића “bubble trap”. Такође, уколико се говори о прајмингу треба водити рачуна о прајмингу целог система а не само појединачне компоненте, јер разлике у прајмингу система могу бити велике. С обзиром да наведена карактеристика не представља никакав клинички бенефит, молим Вас да је дефинишете као: “интегрисани артеријски филтер”.

4. Према прошлогодишњем тендеру и потписаном Уговору који је још увек важећи, тражен је нацрт који је другачији од тренутно траженог у конкурсној документацији. Претпостављамо да је дошло до техничке грешке, па Вас молимо да проверите да ли је тражени нацрт исправан. У прилогу шаљемо нацрт из претходне јавне набавке и тренутно важећег Уговора са ВМА.

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

„Оксигенатор мора да има двоструки венски резервоар. Размењивач топлоте мора да буде пластичан или полиуретански. Уместо тражене карактеристике „артеријски филтер интегрисан унутар саме мембране оксигенатора тако да не повећава прајминг волумена оксигенатора“, тражи се само „интегрисан артеријски филтер“. Мења се и нацрт перфузионог сета који мора бити задовољен, а нови нацрт ће бити објављен у оквиру измена конкурсне документације.

У складу са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 16/20.“

Комисија за јавну набавку бр. 16/20

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета