



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 101 - 18  
18-05-2020 године  
БЕОГРАД

Измене и допуне конкурсне документације,  
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама, врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку добара број 16/20 – **Јединице за вантелесни крвоток – оксигенатори и касете за грејање крви и течности** за потребе ВМА, и то у делу:

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - 1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**, у делу који се односи на предмет набавке / назив и опис добра (страна бр. 3 конкурсне документације)
2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: тачка **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА** (страна 5), у делу који се односи на назив и опис средства

и у Обрасцу број 1 (Образац понуде са структуром цене- страна бр. 24), такође у делу који се односи на предмет набавке, тако да сада гласи:

“Oksigenator za krv sa setom za perfuziju. **Oksigenator mora da ima dvostruki venski rezervoar.** Biokompatibilan prema vlakna membrane (Posphorylcholine, Polyethylene Teraphtalate, X-coating, Trillium ili neki drugi). Oksigenator mora da ima protok krvi minimalno 0,5-1 L/min, odnosno maksimalno 7-8 L/min. Površina membrane do 2,5m<sup>2</sup>. **Integrisan arterijski filter.** Mora da zadovolji nacrt VMA koji je dostavljen u prilogu i koji prikazuje i definiše sve parametre perfuzionog seta. (Sve linije, cevi, konektore, prajming katetere, kese za transfuziju, valvule za jednosmerni protok u vent linijama, transdjusere za pritisak, kompatibilan za bilo koji tip mašine za ЕКК).**Razmenjivač toplote mora da bude plastičan ili poliuretanski.**”

Мења се и нацрт перфузионог сета који мора бити задовољен у тачки **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА** (страна б конкурсне документације).

**Напомена:** Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог: измењене стране конкурсне документације бр. 3, 5, 6 и 24

**Комисија за јавну набавку бр. 16/20**

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 16/20 су добра – Јединице за вантелесни крвоток – оксигенатори и касете за грејање крви и течности.

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Јединица за вантелесни крвоток - 33186000

Предмет набавке је обликован према следећем:

Редни број	Предмет набавке/назив и опис добра	Јединица мере	Количина	Процењена вредност без ПДВ-а
1	“Oksigenator za krv sa setom za perfuziju. <b>Oksigenator mora da ima dvostruki venski rezervoar.</b> Biokompatibilan premaz vlakna membrane (Posphorylcholine, Polyetylene Teraphtalate, X-coating, Trillium ili neki drugi). Oksigenator mora da ima protok krvi minimalno 0,5-1 L/min, odnosno maksimalno 7-8 L/min. Površina membrane do 2,5m <sup>2</sup> . <b>Integrisan arterijski filter.</b> Mora da zadovolji nacrt VMA koji je dostavljen u prilogu i koji prikazuje i definiše sve parametre perfuzionog seta. (Sve linije, cevi, konektore, prajming katetere, kese za transfuziju, valvule za jednosmerni protok u vent linijama, transdjusere za pritisak, kompatibilan za bilo koji tip mašine za EKK). <b>Razmenjivač toplote mora da bude plastičan ili poliuretanski.</b> ”	kom	103	5.150.000,00

### 1.2. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за потребе крајњег корисника Војномедицинске академије (у даљем тексту: ВМА).

Redni br.	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Količ. VMA	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a (da/ne)	Rok isporuke	Rok trajanja
1	<p>Naziv i opis sredstva</p> <p>“Oksigenator za krv sa setom za perfuziju. <b>Oksigenator mora da ima dvostruki venski rezervoar.</b> Biokompatibilan premaz vlakna membrane (Posphorylcholine, Polyethylene Teraphthalate, X-coating, Trillium ili neki drugi). Oksigenator mora da ima protok krvi minimalno 0,5-1 L/min, odnosno maksimalno 7-8 L/min. Površina membrane do 2,5m<sup>2</sup>. <b>Integrisan arterijski filter.</b> Mora da zadovolji nacrt VMA koji je dostavljen u prilogu i koji prikazuje i definiše sve parametre perfuzionog seta. (Sve linije, cevi, konektore, prajming katetere, kese za transfuziju, valvule za jednosmerni protok u vent linijama, transdjusere za pritisak, kompatibilan za bilo koji tip mašine za EKK). <b>Razmenjivač toplote mora da bude plastičan ili poliuretanski.</b>”</p>	KOM	103	DA	DA	Isporuka u celosti u roku od najmanje 4, a najviše 90 dana od dana zaključivanja ugovora	minimum 18 meseci na dan isporuke

Нацрт перфузног сета који мора бити задовољен:

Конкурсна документација за ЈН бр. 16/20

измењена страна 5 од 43



Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

Редни број	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	“Oksigenator za krv sa setom za perfuziju. <b>Oksigenator mora da ima dvostruki venski rezervoar.</b> Biokompatibilan premaz vlakna membrane (Posphorylcholine, Polyethylene Teraphtalate, X-coatings, Trillium или неки други). <b>Oksigenator mora da ima protok krvi minimalno 0,5-1 L/min, odnosno maksimalno 7-8 L/min.</b> Površina membrane do 2,5m <sup>2</sup> . <b>Integrisan arterijski filter.</b> Mora da zadovolji nacrt VMA koji je dostavljen u prilogu i koji prikazuje i definiše sve parametre perfuzionog seta. (Sve linije, cevi, konektore, prajming katetere, kese za transfuziju, valvule za jednosmerni protok u vent linijama, transdjuserе за притисак, компатибилан за било који тип машине за ЕКК). <b>Razmenjivač toplote mora da bude plastičan ili poliuretanski.</b> ”	ком	103						

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(потпис)





