



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 104 - 19
18-05-2020. године
БЕОГРАД

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 14.05.2020. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 15/20 Уређаји, инструменти и материјал за инфузију и трансфузију, кесе за прикупљање крви, комплети и филтери, по следећем:

„Поштовани,

Молимо Вас да у складу са чл. 63. ЗЈН, дате додатно појашњење конкурсне документације јавне набавке ЈН бр. 15/20 Уређаји, инструменти и материјал за инфузију и трансфузију, кесе за прикупљање крви, комплети и филтери, за партију број 30:

Ваш одговор од 06.05.2020. године на додатно појашњење од 04.05.2020. године, а које се односи на молбу да се од партије 30 одвоји ставка 30.2 тј. набавка адитивног раствора за чување тромбоцита и тиме омогући конкурентно и једнако учешће свих понуђача кеса за крв у овом случају петоструких кеса – „T&B sa in line filterom“ ставка 30.1 партије 30, нема оправдано и реално образложење.

Наиме у одговору наводите да су Вам обе ставке неопходне јер се користе у истом процесу из разлога што једно добро не функционише без другог у процесу прављења концентрованих тромбоцита из ткз. „puliranih buffy-coat-ova“ ... а већ у даљем излагању сами наводите да се „овако издвојени тромбоцити складиште у адитивној солуцији за чување тромбоцита...“

Како се петоструке кесе за крв „T&B sa in line filterom“, предмет набавке партије 30 ставка 30.1 примарно користе за процес колекције крви (прикупљање крви од добровољних даваоца) и не представљају функционалну целину са адитивним раствором за тромбоците, предмет набавке партије 30 ставка 30.2 значи једно добро функционише без другог независно а извесније је да се у процесу добијања концентрованих тромбоцита пулирањем више јединица „buffy-coat-a“ (које се одбијају колекцијом крви од више даваоца) користи адитивни раствор за складиштење добијених концентратова тромбоцита на адекватној температури, произилази следеће:

У процесу прикупљања крви (колекције) од добровољних даваоца користе се кесе за крв предмет набавке партије 30. ставка 30.1 при чеми је колекција крви одвојен процес од процеса даљег процесирања прикупљене крви значи и процеса прављења конц. тромбоцита пулирањем у ком се користи адитивни раствор за тромбоците предмет партије 30. ставка 30.2 што значи да се адитивни раствор за тромбоците не користи у моменту колекције крви од добровољних даваоца као и у самом процесу раздавања компонената крви јер није функционална целина са кесом.

Адитивни раствор за тромбоците је раствор специфичне формулације као што и сами наводите у одговору од 06.05.2020., који се користи за складиштење, чување концентратова тромбоцита (5-6 јединица) добијених од више даваоца крви. јер обезбеђује задржавање корисних својстава тромбоцита током складиштења.

Како кесе за крв и адитивни раствор за тромбоците не представљају функционалну целину, не користе се заједно у процесу колекције крви и даљег процесирања крви (раздавање компонената крви), немају исту намаену нити припадају истој класи медицинских средстава још једном Вас молимо да одвојите набавку адитивног раствора за тромбоците од набавке петоструких кеса за крв и тиме обезбедите услове за учешће у ЈН у складу са ЗЈН тј. обезбедите конкурентност и једнакост свих понуђача кеса за крв.

Одвајањем добра партије 30 кроз независне партије не ремете се Ваше потребе и набавка адитивног раствора.

Увидом у информације од јавног значаја у АЛИМС-у, раствор за чување концентрата тромбоцита тј. оба добра партије 30 регистровао је само један понуђач, самим тим једини испуњава услове што није у складу са ЗЈН односно са члановима који се односе на конкурентност и једнакост свих понуђача.

Уколико останете при Вашем захтеву да обе ставке буду део партије 30. замолила бих Вас да опишете методологију технике добијања концентрата тромбоцита из ткз. „puliranih buffy-coat-ova“ (стандардне оперативне процедуре) и тренутак када тачно и на који начин употребљавате адитивни раствор приликом коришћења кеса за крв у процесу колекције и процесирања крви како би приликом доношења одлуке, Републичкој комисији за заштиту права било јасна функционална повезаност ова два добра.

ОДГОВОР:

Не прихвата се захтев заинтересованог лица.

Неопходно је да се набаве обе ставке у једној партији, јер се током повезаног – непрекидног процеса добијања концентрованих тромбоцита из више ткз „puliranih buffy-coat-ova“ (најчешће 4-5) током самог процеса додаје адитивни раствор за чување тромбоцита од 5 до 7 дана. Овако добијени ткз. "pulirani buffy-coat" се центрифугира и издваја јединица концентрованих тромбоцита који су ресуспендовани у адитивном раствору. Добијена јединица тромбоцита се складиши на температури од 22°C у адитивној солуцији. На тај начин се добијају тромбоцити који имају квалитет који је једнак квалитету аферезно издвојених тромбоцита, како по броју тако и по смањеној активацији истих и самим тим се добија продукт који је најефикаснији у терапијској примени код лечења најтежих хематолошких болесника. Ово је најсавременија технологија за добијање јединица концентрованих тромбоцита која се као метода годинама примењује у земљама Западне Европе. Коришћењем петоструких кеса, добија се на крају процеса још једна трансфер кеса која може послужити или за чување плазме или у друге сврхе. Адитивна солуција се користи у самом процесу прављења крних компонената, односно приликом пулирања више јединица „buffy-coat-a“, дакле саставни је део процеса рада – „процесирања“, који се захтева стандардима који су прописали ову методу.

За партију 30 остајемо при траженој техничкој спецификацији јер је иста обликована на начин којим се поштују начела конкуренције и једнакости понуђача. Увидом у информације од јавног значаја (АЛИМС), утврђено ја да на територији Републике Србије има више понуђача за обе ове ставке (регистроване су две солуције адитивних растворова, а четири понуђача имају тражене кесе за крв).

За партију 30, Конкурсна докуменатација, остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку

Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета