



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр.
од

Позив за поправку,
д о с т а в љ а -

Предузеће MaxTeam д.о.о.
ул. Војводе Добрњца 20, Београд
факс 011 / 27 59 424

На основу Уговора бр. 1204-11 од 11.04.2013. године, молимо да извршите услугу поправке следећег СнПС-а, на употреби у Одељењу радиотерапије Института за радиологију ВМА:

Рб	назив ПС-а/СнПС-а	Серијски број	Неисправност
1	Дигитални линеарни акцелератор производње Elekta тип Synergy platform	152501	Потребна је поправка, LCS (linac control system) не пролази „SELF CONFIDENCE TEST“

Потребна је услуга поправке са роком реализације до 30 дана (члан 4. тачка 4.1.) и гаранцијом на квалитет извршене услуге у трајању од 12 месеци (члан 10. тачка 10.1. уговора).

Пре доласка екипе на интервенцију, неопходно је да се најавите телефоном на следеће бројеве 011/ 36 08 278 или 36 08 402

Након завршетка радова, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима и радни налог) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. Плаћање у року од 30 дана (члан 5. тачка 5.1.).

МС

МП

Н А Ч Е Л Н И К
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Умножено у 1 (један)
примерак и достављено:
- наслову
- уз омот предмета