



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 137 - 12
19-10-2020 године

**Додатно појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за
стерилизацију**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 16.10.2020. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију:

„У складу са чланом 63. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2915, 68/2015), молимо Вас да нам благовремено дате појашњење конкурсне документације, а све како би потенцијални понуђачи били у могућности да поднесу одговарајуће и прихватљиве понуде. Молимо Вас да нам одговорите да ли ћете поступити у складу са члановима 10., 70. и 72. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2915, 68/2015) у односу на следеће захтеве техничке спецификације:

1. Питање:

Партија 1. ставке 1,2,3,4 - Spojeni SMS-појачани krep папир за sterilizaciju, 100 g/m², set (zeleni krep 60 g/m²/ SMS plavi 40 g/m²), fabrički spojen.

Уочили смо да сте у техничкој спецификацији навели „Spojeni SMS - појачани krep папир", с обзиром да Ваша установа није користила такав папир, а такав папир по спецификацијама које сте навели се не производи у свету.

Ваша установа је користила „Spojeni SMS - krep папир", и као такав се производи и постоји, па Вас молимо да извршите измену техничке спецификације.

2. Питање:

Партија 2. - Krep папир за sterilizaciju, (beli / zeleni), (beli 60g/m²/ zeleni 60g/m²),

У претходним јавним набавкама наша компанија је вршила снабдевање Ваших установа, приметили смо да нисте као и ранијих година тражили да папир буде УМЕТНУТ/СЛОЖЕН, (фабрика је већ сложила у кутијама папир- један бели-један зелени, што олакшава запосленима у стерилизацији сам процес рада). Молимо Наручиоца да провери да ли је дошло до техничке грешке приликом израде техничке спецификације.

3. Питање:

Партија 3. - Rukavci за sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima за paru, formaldehid I etilen oksid, (папир / providna folija), (папир 65-70g/m² / providna folija poliester-

polipropilen).

Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити рукавце ширих димензија од тражених конкурсном документацијом, односно за:

- 1) Stavka 1- Rukavac 10cm x 200m, ponuditi Rukavac 12cm x 200m,
- 2) Stavka 2- Rukavac 15cm x 200m, ponuditi Rukavac 16cm x 200m,
- 3) Stavka 3- Rukavac 21cm x 200m, ponuditi Rukavac 22cm x 200m.

4. Питање:

Партија 5.-Rukavci за парну стерилizацију са индикатором паре, (folije / providne folije), (polipropilen 93g/m² / poliester-polipropilen).

Поштовани увидом у конкурсну документацију и прошлогодишње уговоре које сте имали са нама, где смо Вас обавестили да је произвођач престао са производњом одређених димензија, заменске димензије су:

- 1) Stavka 1 - Rukavac 7.5cm x 70m, zamenska dimenzija je 8cm x 70m,
- 2) Stavka 4 - Rukavac 21cm x 70m, zamenska dimenzija je 22cm x 70m,
- 3) Stavka 5 - Rukavac 27cm x 70m, zamenska dimenzija je 28,5cm x 70m.

Молимо Вас да дозволите одступање, и измените техничку спецификацију.

5. Питање:

Партија 6.- Kесе за парну стерилizацију са индикатором паре, (folije / providne folije), (polipropilen 93g/m² / polyester-polipropilen).

Поштовани увидом у конкурсну документацију и прошлогодишње уговоре које сте имали са нама, где смо Вас обавестили да је произвођач престао са производњом одређених димензија, заменске димензије су:

- 1) Stavka 2 - Kесе за парну стерилizацију 16cm x 34cm, ponuditi kесе dimenzija 16cm x 30cm,
- 2) Stavka 3 - Kесе за парну стерилizацију 22cm x 42cm, ponuditi kесе dimenzija 22cm x 40cm.

Молимо Вас да дозволите одступање, и измените техничку спецификацију.

Одговор заинтересованом лицу, на основу члана 63. став 3. Закона:

1. Партија бр. 1 ставке бр. 1, 2, 3, 4 треба да гласе: „Spojeni SMS- krep papir за стерилizацију, 100 g/m², set, (zeleni krep 60 g/m² / SMS plavi 40 g/m²), fabrički spojen“, односно из назива и описа партије бр. 1 ставки бр. 1, 2, 3 и 4 ће се избрисати реч „појачани“, по следећем:

Partija 1: Spojeni SMS- krep papir за стерилizацију, 100 g/m ² , set, (zeleni krep 60 g/m ² / SMS plavi 40 g/m ²), fabrički spojen.	
1	Spojeni SMS- krep papir за стерилizацију, 100 g/m ² , set, (zeleni krep 60 g/m ² / SMS plavi 40 g/m ²), fabrički spojen. 60cm x 60cm
2	Spojeni SMS- krep papir за стерилizацију, 100 g/m ² , set, (zeleni krep 60 g/m ² / SMS plavi 40 g/m ²), fabrički spojen. 75cm x 75cm
3	Spojeni SMS- krep papir за стерилizацију, 100 g/m ² , set, (zeleni krep 60 g/m ² / SMS plavi 40 g/m ²), fabrički spojen. 100cm x 100cm
4	Spojeni SMS- krep papir за стерилizацију, 100 g/m ² , set, (zeleni krep 60 g/m ² / SMS plavi 40 g/m ²), fabrički spojen. 120cm x 120cm

2. У назив и опис добара из партије бр. 2 ће се додати текст „уметнути/сложени“ јер је потребно да папир буде фабрички сложен, по следећем:

Partija 2: Krep papir za sterilizaciju, umetnuti/složeni, (beli / zeleni), (beli 60g/m ² / zeleni 60g/m ²).	
1	Krep papir za sterilizaciju umetnuti/složeni (beli/zeleni) 50cm x 50cm
2	Krep papir za sterilizaciju umetnuti/složeni (beli/zeleni) 60cm x 60cm
3	Krep papir za sterilizaciju umetnuti/složeni (beli/zeleni) 75cm x 75cm
4	Krep papir za sterilizaciju umetnuti/složeni (beli/zeleni) 100cm x 100cm

3., 4., 5. Прихватају се примедбе заинтересованог лица и ради омогућавања да у поступку јавне набавке може учествовати више понуђача, а у складу са чланом 10. Закона- начелом обезбеђивања конкуренције и потребама крајњих корисника наручиоца, биће проширен опсег димензија (ширине) предметних добара, по следећем:

Редни број партије/ ставке	Назив и опис добра
Partija 3: Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), (papir 65-70g/m ² / providna folija poliester-polipropilen).	
1	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 10cm-12cm x 200m
2	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 15cm-16cm x 200m
3	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 21cm-22cm x 200m
4	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 25cm x 200m
Partija 5: Rukavci za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), (polipropilen 93g/m ² / poliester-polipropilen).	
1	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 7.5cm-8cm x 70m i duže
2	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 12cm x 70m i duže
3	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 16cm x 70m i duže
4	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 21cm-22cm x 70m i duže
5	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 27cm-28,5cm x 70m i duže
6	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 32cm x 70m i duže
Partija 6: Kесе za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), (polipropilen 93g/m ² / poliester -polipropilen).	
1	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 12cm x 40cm +/-1cm
2	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 16cm x 30cm-34cm +/-1cm

Редни број партије/ ставке	Назив и опис добра
3	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 22cm x 40cm-42cm +/- 1cm

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на Порталу МО.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:
- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.