



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 137 - 42
28 -10- 2020 године
БЕОГРАД

Измене и допуне конкурсне документације,
доставља.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију, по следећем:

- У тачки 2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, за партије бр. 9, 10, 11, 12 и 13, у табели, у делу (колони) квалитет мења се део „ISO 9001“ и гласи: „ISO 9001 или ISO 13485“.

Редн и број парт ије/ став ке	Назив и опис добра	Једи ница мере	Коли чина ВМА	Коли чина ВБ Ниш	Коли чина ВБ Нови Сад	Укуп на коли чина	Квалит ет	Меди ци- нско сред ство (ДА/ НЕ)	Решење АЛИМС- а	Рок стерилн ости/ употреб е на дан испоруке	Рок испоруке
Partija 9: Bowie Dick test PAKK.											
1	Bowie Dick test PAKK за парни стерилзатор, паковање: 50 и више картона plus jedan referentni karton у средини са хемијским индикатором, који након стерилизације менја боју из светле у тамну.	kom.	1.800	50	600	2.450	EN 867 4, ISO 11140-4, klasa 2, ISO 9001 или ISO 13485	NE	Мишljenje ALIMS-a или Rešenje о брисању medicinskih sredstava из Регистра medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе vrednosti произвођача	У једној транши у року не краћем од 4 дана и не дуžем од 30 дана од дана закључења уговора
Partija 10: Lepljiva indikator traka за парну стерилизацију.											

Редн и број парт ије/ став ке	Назив и опис добра	Једи ница мере	Коли чина ВМА	Коли чина ВБ Ниш	Коли чина ВБ Нови Сад	Укуп на коли чина	Квалит ет	Меди ци нско сред ство (ДА/ НЕ)	Решење АЛИМС- а	Рок стерилн ости/ употреб е на дан испоруке	Рок испоруке
1	Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju, 18-19mm x 50m i duže	kom.	2.000	20		2.020	ISO 11140-1, ISO 9001 ili ISO 13485	NE	Mišljenje ALIMS-a ili Rešenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе вредности произвођача	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
Partija 11: Lepljiva indikator traka za suhu sterilizaciju.											
1	Lepljiva indikator traka za suhu sterilizaciju, 18-19mm x 50m i duže	kom.		9		9	ISO 11140-1, ISO 9001 ili ISO 13485	NE	Mišljenje ALIMS-a ili Rešenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе вредности произвођача	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
Partija 12: Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V.											
1	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V dimenzije 15mm±5mm x 100mm±5mm	kom.	3.000			3.000	ISO 11140-1, ISO 9001 ili ISO 13485, Klasa 5	NE	Mišljenje ALIMS-a ili Rešenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе вредности произвођача	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
Partija 13: Nalepnice, duple, sa indikatorom pare.											
1	Nalepnice, duple sa indikatorom pare, 67mm x 48mm, obe nalepnice na istoj podlozi, veća 67mm x 32mm, manja 67mm x 16mm, (2/3 / 1/3)	kolut sa 1000 duplih nalepnica	5			5	ISO 11140-1, ISO 9001 ili ISO 13485	NE	Mišljenje ALIMS-a ili Rešenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе вредности произвођача	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку добара, који садржи горе наведене измене, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.