



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 139 - *116*  
10-11-2020 . године  
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
доставља

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставила захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 55/20 – Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, према следећем:

„ Да ли је за наручиоца прихватљив Перкутани уводник за термодилуциони катетер, компатибилан са монитором Vigilance, техничких карактеристика у свему према захтеву наручиоца, али са иглом за увођење од 17 Ga?“

„Молимо Вас да у прилогу 2. Подаци о предмету јавне набавке и техничка спецификација, за партије 31 и 32, извршите исправку захтеваног минималног рока употребе/стерилности. Наиме, произвођачки максималан рок употребе/стерилности за антимикробне централне венске катетере који су обложени хлорхексидином и сребросулфадиразином је 2 године. Из тог разлога би захтев требало преиначити у минимум 50% произвођачког рока у моменту испоруке или минимум 12 месеци у моменту испоруке.“

**Наручилац** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованим лицима:

„**Партија број 43** мења се и гласи: „Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje od 17 до 18 Ga, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera.

За партије број 31 и 32 мења се захтевани рок употребе/стерилности на дан испоруке, тако да је сада захтевани рок употребе/стерилности **минимум 12 месеци на дан испоруке.**“

Наручилац ће, у складу са напред наведеним, извршити измене конкурсне документације за ЈН бр. 55/20.“

**Комисија за јавну набавку бр. 55/20**

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.