



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 148 - 26
22. 10. 2020. године
БЕОГРАД

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 54/20 - Кесе за прикупљање и дренажу, Кесе за сакупљање, коло-, уро- и илео- стоме и Медицински и дијагностички комплети:

Питање број 1, за партију број 32

Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити добро следећих карактеристика:
Fleksibilni digitalni uretorenoskop за једнократну употребу, radna distanca 2mm-50mm, дијаметар врха 7.4Fr, spolјни дијаметар 8.6Fr

Питање број 2, за партију број 35

Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити добро следећих карактеристика:
Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, deblјine 4.7 Fr, duжine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci.

Питање број 3, за партију број 36

Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити добро следећих карактеристика:
Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, deblјine 6 Fr, duжine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci.

Питање број 4, за партију број 37

Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити добро следећих карактеристика:
Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, deblјine 7 Fr, duжine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci.

Питање број 5, за партију број 38

Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити добро следећих карактеристика:
Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, deblјine 4.7 Fr, duжine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci.

Питање за партију број 39:

Да ли је наручиоц, приликом измене конкурсне документације у колони назив и опис средства, тј. дужине стента у партијама 39,40 и 41., грешком изменио изменио тефлонски увођач дужине 150cm и гурач 70cm, у партији 39 код стента 4,8.?

Партија 39: „Set stent ureteralni, F4.8/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacom sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktn, ostaje u organizmu do 12 meseci“

ОДГОВОР

За Партију 32 прихвата се измена спецификације, тако да сада гласи:

"Fleksibilni digitalni uretorenoskop za jednokratnu upotrebu, radna distanca do 50mm, dijametar vrha od 7.4 do 7.7Fr, spoljni dijametar od 8.6 do 9.5Fr"

За Партију 35 прихвата се измена спецификације, тако да сада гласи

"Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, debljine 4.7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirdofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci".

За Партију 36 прихвата се измена спецификације, тако да сада гласи:

"Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, debljine 6 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirdofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci".

За Партију 37 прихвата се измена спецификације, тако да сада гласи:

"Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, debljine 7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirdofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci".

За Партију 38 прихвата се измена спецификације, тако да сада гласи:

"Set stent ureteralni, meki, od fleksibilnog poliuretana, debljine 4.7 do 5 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvodačem sa hirdofilnom oblogom, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci".

За партију 39, прихвата се измена спецификације, тако да сада гласи:

„Set stent ureteralni , F4.8/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacom sa fiksirajucim navojem,duzine 100 do 150cm, duzina guraca 45 do 70cm, graduisan celom duzinom, radiopaktn, ostaje u organizmu do 12 meseci“.

У складу са овим одговором биће извршена и објављена и Измена конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета