



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.7008-

од _____ 2013. године

**Појашњење у вези са припремањем понуде у
поступку јавне набавке СнПС за
хемодијализу бр. 7008/13, доставља.-**

На основу члана 63. Став 2. И 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управи за војно здравство Министарства одбране, дана 10.07.2013. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговор:

Питање бр. 1:

Молимо Вас да за партије: 10,11 и 12 у складу са чланом 10. и чланом 12. Закона о јавним набавкама, извршите допуну техничке спецификације тако што ћете омогућити понуду киселих концентрованих раствора са или без глукозе и тиме омогућите већу конкурентност поступка и једнакост понуђача.

Одговор: Конкурсном документацијом за јавну набавку бр.7008/13 СнПС за хемодијализу у техничкој спецификацији за партије:13,14 и 15 предвиђени су кисели концентровани раствори са глукозом, те наручилац у свему остаје при техничкој спецификацији за партије: 10,11 и 12.

Питање бр. 2:

Молимо Вас да за партије: 13,14 и 15 у складу са чланом 10. И чланом 12. Закона о јавним набавкама, извршите допуну техничке спецификације тако што ћете у наведеним партијама допунити спецификацију тако да : кисели концентровани раствори са разређењем 1+44 могу да дају дијализну течност са К:2 и тиме омогућите већу конкурентност поступка и једнакост понуђача.

Одговор: Кисели концентровани раствори електролита са разређењем 1:44 обухваћени су партијама: 10,11 и 12 конкурсне документације те наручилац у свему остаје при захтеву из техничке спецификације за партије: 13,14 и 15.

Питање бр. 3:

Молимо Вас да за партију: 41 у складу са чланом 10. И чланом 12. Закона о јавним набавкама, извршите допуну техничке спецификације тако што ћете површину 1,6 m² променити у 1,8 m², обзиром да специфицирана површина 1,6 m² не постоји у

понуди Freseniusa као јединог понуђача за наведено средство на апарату мултифилтрате.

Одговор: Наручилац у свему остаје у свему при траженој техничкој спецификацији из конкурсне документације.

ДВ

НАЧЕЛНИК
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Доставити:

- Наслову
- у омот предмета 7008/13

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
Министарства одбране РС