



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Инт. бр. 452 – 58/12

22.03.2013. године

Одговор,
д о с т а в љ а.-

Веза: Јавна набавка добара број 262/12 медицинска средства за потребе Операционог блока Војномедицинске академије, по партијама

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ су затражили појашњење конкурсне документације у вези са припремањем понуде, која се односе на Партију бр. 9 и Партију бр. 40:

1. Партија бр. 9: "Потрошни материјал за апарат Sterrad 100 NX, је раздвојен на 3 нове партије. ASP Johnson&Johnson је спровео валидацију Sterrad процеса стерилизације укључујући све Sterrad производе (индикаторе, кесе за стерилизацију и ролне-рукави без преклопа) и може да гарантује ефикасност овог процеса само ако се користе претходно наведене компоненте. Биолошки индикатор за Sterrad 100 NX има укупан рок употребе од 6 месеци па би ипорука истог са роком стерилности од најмање 70% декларисаног рока била немогућа, јер производ добијамо са роком употребе мањим од 3 месеца, тј. 50% декларисаног рока. Такође, предлажемо испоруку у 2 (два) једнака дела, први по вашем захтеву а други након претходно потрошене количине".

2. Партија бр. 40: "да се измене услови за хируршке рукавице брисањем "електронски испитане на перфорацију", јер не одређује квалитет рукавица него тражени AQL. Поставља се питање како то да познате светске клинике раде са хируршким рукавицама које нису електронски испитане на перфорацију?"

НАРУЧИЛАЦ Дирекција за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, Немањина бр. 15, обавештава понуђаче да по овим захтевима нема измене конкурсне документације.

ВН

ДИРЕКТОР
Драгана Петровић дипл економиста

Достављено:
-свим заинтересованим лицима
која су примила конкурсну документацију