



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  
Дирекција за набавку и продају

Инт. бр. 333-

---

**Појашњење/допуна/измена  
конкурсне документације,  
д о с т а в љ а -**

Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- **Апарат ултразвучни портабилни (1 комад), за потребе ВМА у 2012. години.**

Дописом наш инт.бр. 333-15 од 27.08.2012. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

1. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.1 захтева се: „Екран осетљив на додир 12" TFT LCD toch screen.“

**Питање 1:** Да ли је прихватљива измена овог захтева тако да гласи: „Екран осетљив на додир минимално 12" TFT LCD toch screen?“

**Одговор 1:** Да, прихватљива је.

2. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.5 захтева се: „Најмање 3 типке интегрисане на дршци које се могу програмирати.“

**Питање 2:** Да ли је за наручоца прихватљива измена овог захтева тако у: „Најмање 3 типке интегрисане на дршци које се могу програмирати или програмабилни тастери на оперативној табли апарата и програмабилне функције на „Touchscreen““, како би се омогућила конкурентност међу понуђачима?“

**Одговор 2:** Да, прихватљива је.

3. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.6 захтева се: „Један брзи ZIF електронски конектор сонде.“

**Питање 3:** Да ли је за наручоца прихватљива измена овог захтева у: „Један електронски конектор сонде“ како би се омогућила конкурентност међу понуђачима?“

**Одговор 3:** Да, прихватљива је.

4. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.7 захтева се: „Интегрисани микрофон и звучници“. Како није наведено да се снима говор оператера или пацијента или било кога , микрофон нема никакву сврху.

**Питање 4:** Да ли је у том смислу прихватљиво за наручоца избацивање микрофона из овог захтева како би се омогућио принцип конкурентност међу понуђачима?“

**Одговор 4:** Да, прихватљиво је.

5. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.9 захтева се: „Аутоматска орјентација корисничког интерфејса (према орјентацији система)“, ово указује да се рди о уређају таблет конфигурације. Постоји само један уређај на тржишту који је уједно и регистрован код АЛИМС-а, а да поседује дату карактеристику.

**Питање 5:** Да ли је у том смислу прихватљиво за наручоца да се овај захтев у потпуности избаци из минималних техничких карактеристика како би се одржао принцип конкурентности понуђача?“

**Одговор 5:** Није прихватљиво, Наручилац сматра да има више понуђача који могу да понуде апарат са овом техничком карактеристиком.

6. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.10 захтева се: „Тежина до 7 kg за потпуну конфигурацију“

**Питање 6:** Да ли је за наручоца прихватљиво да се изврши измена тачке 1.10 тако да гласи: „Тежина до 8,5 kg за потпуну конфигурацију“, што свакако није значајно увећање масе апарата за манипулацију али омогућава да више понуђача да понуду?“

**Одговор 6:** Да, прихватљиво је.

7. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.11 захтева се: „Батерија литијум-јонска, време рада: 90 минута по батерији.“

**Питање 7:** Да ли је за наручоца прихватљиво да се изврши измена тачке 1.11 тако да гласи: „Батеријско напајање, време рада: 30 минута по батерији“, пошто је 30 минута свакако довољно за преглед али омогућава да више понуђача да понуду?“

**Одговор 7:** Да, прихватљиво је.

8. „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 1.12 захтева се: „Димензије система: до 300 (дужина)х350 (ширина)х 150 (висина) mm“

**Питање 8:** Да ли је за наручоца прихватљиво да се изврши измена тачке 1.12 тако да гласи: „Димензије система: до 400 (дужина)х350 (ширина)х 150 (висина) mm“, што није значајно увећање димензија система али омогућава да више понуђача да понуду?“

**Одговор 8:** Да, прихватљиво је.

9 „На страни 14/35 конкурсне документације тачка 2.2 захтева се: „Опсег рада: 6-13 MHz.“

**Питање 9:** Да ли је за наручоца прихватљиво да се изврши измена тачке 2.2 тако да гласи: „Опсег рада: 6-13 MHz или слично“, пошто свако од произвођача прави сонде различитог фреквентног опсега за исту примену?“

**Одговор 9:** Да, прихватљиво је.

10. Наручилац даје прецизније објашњење о ком ултразвучном апарату се ради:

„Ултразвучни апарат за потребе лежећих пацијената у Клиници за максилнофацијалну хирургију ВМА и служи за дијагностику промена у меким ткивима главе и врата и крвних судова главе и врата“.

**Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.**

ВЈ/

**ДИРЕКТОР**

**Мирјана Милојковић, дипл.еџ.**

Достављено: свим понуђачима