



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
Војномедицинска академија**

Позив за поправку,  
**д о с т а в љ а .-**

Предузеће **Medika-projekt** д.о.о.  
ул Кумодрашка 241/а, Београд  
факс +381 11 39 73 911

На основу Уговора број 1211-11 од 11.04.2013. године, молимо да извршите услугу поправке следећег СнПС-а, на употреби у Клиници за стоматологију (орална хирургија) ВМА:

P6	назив ПС-а/СнПС-а	Серијски број	Уговорена услуга
1	Парни стерилизатор производње Getinge typ HS33	978055004	поправка јер је висока температура у стерилизацији 143 <sup>0</sup> с (грешка TEMP:ERROR)

Услуга у складу са елементима наведеног уговора, са роком реализације до 30 дана (члан 4. тачка 4.1.), гаранцијом на квалитет извршене услуге у трајању од 12 месеци и гаранцијом на испоручене и утрађене делове у трајању од 9 месеци (члан 10. тачка 10.1.).

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима и радни налог) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. Плаћање у року од 30 дана (члан 5. тачка 5.1. уговора).

МС

МП

**Н А Ч Е Л Н И К**  
б р и г а д н и г е н е р а л  
проф. др Маријан Новаковић

Уножено у 2 (два)  
примерка и достављено:  
- наслову  
- уз омот предмета