

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

Бр. 07- 6593-3  
27-11-2024 године  
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082  
МАТ.БР: 07093608  
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21  
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445  
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs  
Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,  
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе:

31700000 - Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1.	Електронски прецизни infrared калибратор температуре према спецификацији у прилогу 1	ком	1

- Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
- Садржина понуде:**
  - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
  - **начин плаћања и рок плаћања:** до 45 дана од дана издавања електронске фактуре преко система електронских фактура а по испуњењу уговорених обавеза (извршеној примо-предаји услуга-добара) у складу са члановима 3 и 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени Гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021, 129/2021, 138/2022).
  - **рок испоруке (до 5 дана од дана издавања наруџбенице),**
  - **локација испоруке** (ВК „Кумодраж“ Војводе Степе 445, 11000 Београд).
- Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
- Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: *komercijala@toc.vs.rs*, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 6593 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 05.12.2024. године, до 11<sup>00</sup> часова.  
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
- Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
- Лице за контакт:** бс Маријана Миловановић, тел. 3401-091, факс: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ММ (39-091)

Прилози:

- Образац понуде
- Модел наруџбенице

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
ЗА ЛОГИСТИКУ  
мајор  
Драган Ивановић, дипл. инж.

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Врста, техничка спецификација и количина добра која су предмет набавке су дате у следећој табели:

<b>Електронски прецизни Infrared калибратор температуре</b>	
<b>Карактеристика</b>	<b>Захтев, опис и слично</b>
Мерни опсег	35 °C до 500 °C ±10 %
Прецизност	± 0.35 °C на 35 °C ± 0.50 °C на 100 °C ± 0.70 °C на 200 °C ± 1.20 °C на 350 °C ± 1.60 °C на 500 °C
Мерна несигурност	± 0,1 % од читања
Резолуција	0.01 °C
Интерфејс	Повезивање са рачунаром преко RS232 порта
Стабилност	± 0.05 °C на 35 °C до ± 0.40 °C на 500 °C
Униформност 5.0 in dia of center of target	± 0.10 °C на 35 °C до ± 1.00 °C на 500 °C
Време загревања	≤ 50 min: 35 °C to 500 °C
Време хлађења	≤ 110 min: 500 °C до 35 °C ≤ 45 min: 500 °C до 100 °C
Време стабилизације	≤ 10 min
Номинална емисивност	минимално 0,95
Пречник радијационе површине	Од 152 mm до 153 mm
Напајање	230 V ac (± 10%) 50/60 Hz,

Документација	<p>Фабрички сертификат о еталонирању са резултатима мерења</p> <p>Упутство за коришћење, и конфигурисање система или друга техничка документација, у којима су садржани поступци еталонирања/калибрације и/или верификације/валидације мерног средства.</p> <p>Упутство за безбедан рад на српском језику (у папирном облику), Декларација да је мерна опрема израђена у складу са одговарајућим безбедносним прописима и EMC стандардима Техничка документација:</p>
Софтвер	Софтвер за повезивање инструмента са рачунаром
Обука	Није потребна
Сертификат о еталонирању	У метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2017, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA
Произвођач, тип	Fluke, 4181-256 или одговарајући
Назив	<b>4181-256 Precision Infrared Calibrators (или одговарајући)</b>
Посебни захтеви	<p>Произвођач мора да има ISO 9001 сертификат</p> <p>Понуђач мора да буде ауторизован од стране произвођача да може да нуди и испоручи ову врсту опреме (доказ: сертификат о ауторизацији произвођача)</p> <p>Понуђач мора да буде ауторизован од стране произвођача за сервисну подршку (доказ: сертификат о ауторизацији произвођача за сервисну подршку)</p>

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку – Електронски прецизни infrared калибратор температуре, ЈН број 906-6593- 31/ 142 / 2024

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

### 2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Електронски прецизни infrared калибратор температуре

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Гарантни рок	
Рок важења понуде	
Рок испоруке	
Начин испоруке	

Датум

М. П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- \_\_\_\_\_

године  
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082  
МАТ.БР: 07093608  
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21  
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445  
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs  
Врста наручиоца: Орган државне управе  
ЈБКЈС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

### НАРУЦБЕНИЦА

понуђачу: \_\_\_\_\_

mail: \_\_\_\_\_

На основу Ваше понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста: \_\_\_\_\_

31700000 - Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

Ред. Бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Ј/М	Кол.	Јединачна Цена без ПДВ-а	Јединачна Цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ- ом
1.	Електронски прецизни infrared калибратор темпертуре  _____ модел	КОМ	1				

Добављач се обавезује да испостави наручиоцу е-фактуру која мора бити регистрована у СЕФ-у са назначеним позивом на издату Наручбеницу и попуњеним пољем „интерни број за рутирање“ у којем мора бити унесен број 906.

Добављач се обавезује да мејлом обавести Наручиоца када је е-фактура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.

- цена: \_\_\_\_\_ + ПДВ = \_\_\_\_\_
- начин испоруке: **фсо ВК „Кумодраж“ Војводе Степе 445, 11000 Београд**
- Рок испоруке: \_\_\_\_\_ дана од пријема наруцбенице
- плаћање: до 45 дана од дана издавања електронске фактуре преко система електронских фактура а по испуњењу уговорених обавеза (извршеној примо-предаји услуга-добра) у складу са члановима 3 и 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени Гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021, 129/2021, 138/2022).

5. остало: Уколико Додављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

**ДИРЕКТОР**

**ПУКОВНИК**

др Саша Веселиновић, дипл. инж.

**НАПОМЕНА:** Модел наруџбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице.