



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр.
од

Позив за поправку,
д о с т а в љ а.-

Предузеће **Alfamed** д.о.о.
ул Љубомира Стојановића 3, Београд
факс 011/ 275 00 30

На основу Уговора број 1192-11 од 12.04.2013. године, молимо да извршите услугу поправке следећег СнПС-а, на употреби у Институту за трансфузију:

Рб	назив ПС-а/СнПС-а	Серијски број	неисправност
1	дубински замрзивач производње Thermo Fisher Scientific typ HFC 10140	R 160- 207889-RO	Одступање од задате температуре (задата -130°C , а тренутна -80°C)

Услуга у складу са елементима наведеног уговора, са роком реализације до 15 дана (члан 4. тачка 4.1.) и гаранцијом на извршену услугу у трајању од 9 месеци (члан 10. тачка 10.1.)

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима и радни налог) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. Плаћање у року од 30 дана (члан 5. тачка 5.1. уговора).

МС

МП

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
п у к о в н и к
проф. др Драган ДИНЧИЋ

Умножено у 1 (један)
примерак и достављено:
- наслову
- уз омот предмета