



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр
од

Позив за поправку,
д о с т а в љ а.-

Предузеће **Drager Tehnika** д.о.о.
ул Данијелова 12-16, Београд
факс 011 / 39 11 333

На основу годишњег Уговора број 1218-11 од 11.04.2013. године, молимо да извршите услугу поправке следећих СнПС-а, на употреби у Клиници за анестезиологију и интензивну терапију:

рб	назив ПС-а/СнПС-а	Серијски број	Уговорена услуга
1	Механички вентилатор Drager тип Evita 2 dura	АРМК 0179	Због грешке ERROR „02.71.003“, потребна је услуга замене кондезатора (4 комада) и подешавање према произвођачкој процедури

Услуга у складу са елементима уговора, са роком реализације до 10 дана (члан 4. тачка 4.1.) и гаранцијом на квалитет извршене услуге у трајању од 12 месеци (члан 10. тачка 10.1. уговора).

Потребно је извршити уговорену услугу поправке и калибрације преузимањем предметног апарата са 5 сензора, а на основу Записника о пријему.

Након завршетка радова, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. Плаћање у складу чланом 5. тачка 5.1. уговора.

МС

МП

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
п у к о в н и к
проф. др Драган ДИНЧИЋ

Умножено у 1 (један)
примерк и достављено:

- наслову
- уз омот предмета