



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА  
АКАДЕМИЈА

бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2013. године

Одговор на захтев за корекцију и појашњење конкурсне документације у поступку ЈН бр. 6771/2013 год., доставља,-

На захтев заинтересованог лица за корекцију конкурсне документације, достављамо вам следеће мишљење:

1. На страни 6/40 у тачки 3, Техничка спецификација под редним бр. 1, треба да стоји:

*Боца за инфузионе растворе (безбојно стакло) Ø 40 прва хидролитичка група, за виšekратну употребу од 125 ml, чији облик одговара стандарду SRPS B.E4. 095, или неком другом одговарајућем стандарду.*

2. и 3. Грешком је у табели захтева за хитну набавку 6771-1/23.05.2013 под р. бр. 2 и 3 остао ISO стандард. Молимо вас да се (ISO 1135-1: 1987) у табели под р. бр. 2 и 3 на страни 6/40 конкурсне документацијете изостави.
4. На страни 8/40 под тачком 7) треба да стоји „ да понуђена добра под р. бр. 1 одговарају стандарду SRPS B.E4. 095, или неком другом одговарајућем стандарду, а добра под р. бр. 5 стандарду SRPS G.FI. 050, или неком другом одговарајућем стандарду. “
5. На страни 8/40 под тачком 9) изостављено је, а потребно је да се доставе узорци и за добро под редним бројем 1.
6. На страни 10/40 под тачком 8) треба да стоји „Фотокопије сертификата којима се доказује да понуђена добра одговарају траженим стандардима“. Такође, у тачки 9) треба да стоји „ Узорци и за добро под р. бр. 1. “
7. На страни 26/40 у обрасцу бр. 8 у ставу 8 треба да пише : „Фотокопије сертификата којима се доказује да понуђена добра одговарају траженим

*стандардима*“. Исто променити и на страни 27/40 у ставу бр. 7, страни 33/40, став 8 и страни 34/40, став 7.

На питање предузећа Есенса, да ли се ради о боци са навојним грлом или боци са ињекционим грлом, одговарамо да је боца за инфузионе растворе (безбојно стакло) Ø 40 прва хидролитичка група, за виšekратну употребу од 125 ml, чији облик одговара стандарду SRPS В.Е4. 095, боца са навојним грлом.

МЂ/ЈМ

НАЧЕЛНИК  
бригадни генерал  
Проф. др Маријан Новаковић

Умножено у 2 примерка.

Достављено:

- На порталу
- На сајту МО