



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 95 - 23

14 - 05 - 2020 . године

БЕОГРАД

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 12.05.2020. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 9/20** Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Siemens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће, по следећем:

„Поштовани,

Обраћамо Вам се са захтевом да ускладите наше примедбе везане за следеће ставке за:

Партију 3 - Дијагностички материјал компатибилан са апаратима DIMENSION RXL MAX

Partija broj 3 /stavka br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Potrebna izmena
3	KALIBRATOR за СК и СКМБ (set од 3 нивоа, 1-3 по 2ml)	SET	Исправити величину паковања у 2x2x2ml
5	kalibrator за гвожђе, (set од 3 нивоа, 1-3 по 2ml)	SET	Исправити величину паковања у 2x2x1,2ml
7	kalibrator за укупне bilirubin и директни bilirubin, (set од 3 нивоа, 1-3 по 1ml)	SET	Исправити величину паковања у 2x2x1ml
9	KALIBRATOR за LDH, (set од 3 нивоа, 1-3 по 2ml)	SET	Исправити величину паковања у 2x2x1,5ml
39	RASTVOR за проверу рада јон селективног модула (50ml)	ml	Ускладити назив са произвођачким оригиналним називом “Quickly Integrated Multisensor Dilution Chek”
41	RASTVOR ZA ISPIRANJE heterogenog modula	ml	Ускладити назив са произвођачким оригиналним називом “Dimension Chemistry Wash”
49	A standard за Натријум, Калијум и Хлор високи - 1000ml	ml	Ускладити назив и величину паковања са произвођачким оригиналним називом “Quickly Integrated Multisensor Standard A” I паковањем 3x1000ml
50	B standard за Натријум, Калијум и Хлор ниски - 300ml	ml	Ускладити назив и величину паковања са произвођачким оригиналним називом “Quickly Integrated Multisensor Standard B” I паковањем 3x300ml
51	RASTVOR ZA KALOMELOVU ELEKTRODU -3x150ml	ml	Ускладити назив са произвођачким оригиналним називом “Dimension Salt Bridge Solution”
53	Plastična čašica за heterogeni modul, 0,5 mL	KOM	Potrebno je izbrisati zapreminu

Партију 4 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima BCS-XP i BFT II

Partija broj 4 /stavka br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Potrebna izmena
19	kontrola za određivanja "D" dimera, (set od 2 nivoa, kontrola 1 i kontr 2), min 300 testova/set	SET	Izbrisati broj setova. Veličina pakovanja 2x5x1ml
25	reagens ZA PROTROMBINSKO VREME *	ml	Pojasniti da li je potrebno ponuditi oba pakovanja od 10x10ml I 10x4ml

Партију 5: Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatom IMMULITE 2000

Partija broj 5 /stavka br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Potrebna izmena
11	potrošni materijal, SUPSTRAT	ml	Dodati u opis I broj testova "IMMULITE 2000 Substrat 2x1000/410ml
12	REAGENS ZA ISPIRANJE	ml	Dodati u opis I broj testova "IMMULITE 2000/IMMULITE 2500 Probe Wash Module 2x1000/2x200ml
15	Reagens za SPECIFIČNI IgG (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole, kontrolno antitelo, diluent), min 200 testova/set	SET	Ispraviti opis "IMMULITE 2000 Allergen Specific IgG1 kit od 200 testova
57	reagens za visoko osetljivi CRP, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, diluent), min 200 testova/set	SET	Ispraviti opis "IMMULITE 2000 High sensitive CPR, 1 kit 200 testova

ОДГОВОР:

Партија 3, Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima DIMENSION RXL MAX, мења се опис добра у колони „Предмет набавке, назив и опис добра“, за ставке број: 3, 5, 7, 9, 53, и сада гласи:

Partija broj 3 /stavka br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere
3	KALIBRATOR za CK i CKMB (2x2x2ml)	SET
5	kalibrator za gvožđe, (2x2x1,2ml)	SET
7	kalibrator za ukupne bilirubin i direktni bilirubin,(2x2x1 ml)	SET
9	KALIBRATOR za LDH, (2x2x1,5ml)	SET
53	Plastična čašica za heterogeni modul	KOM

За ставке бр. 39, 41, 49, 50 и 51 не мења се назив и опис добара. У Обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, каталoшки број и/или друга ознака“, понуђач уписује назив добра које је понудио.

Партија 4 - Дијагностички материјал компатибилан са апаратима BCS-XP и BFT II, мења се опис добра у колони „Предмет набавке, назив и опис добра“, за ставке број 19 и 20, и сада гласи:

Partija broj 4 /stavka br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere
19	kontrola za određivanja "D" dimera, (set od 2 nivoa)	SET
25	reagens ZA PROTROMBINSKO VREME *napomena	ml

*Напомена – за ставку 25 количине за ВМА испоручити у запремини од 10ml, а за ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк испоручити у запремини од 4ml.

Партија 5: Дијагностички материјал компатибилан са за апаратом IMMULITE 2000, не мења се назив и опис добара. Предмет набавке, назив и опис добра, остаје како је наведено у конкурсној документацији.

У складу са овим одговором биће извршена и објављена Измена конкурсне документације Бр. 95-11 од 28.04.2020. године, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета