



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 96 - 11
12-05-2020 године
БЕОГРАД

Измене конкурсне документације,
доставља.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 14/20- Хируршке и прегледне рукавице, у тачки 2.1. Техничка спецификација, по следећем:

За партију бр. 6 ставке бр. 5 и 6 мења се колона „Квалитет“, тако да гласи: „CE знак, ЕЕС 93/42 или 2017/745, 2016/425 (лично заштитно средство), EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, категорија III (заштитна рукавица), отпорна на инфективне агене ASTM-F1671, декларација о конформитету, налепница сертификованог тела за услађавање личне заштитне опреме, финална контрола AQL 1.5, (сертификат независне лабораторије), дужина рукавице min. 240mm, дељина на длану (двоstrуко) min. 0,20mm, текстурa на прстима, сила kidанја min. 9N, рукавица са unутрашње стране hlorisana.“

За партије бр. 1, 2, 3, 5, 6 и 9 мења се колона „Квалитет“ у делу „ЕЕС 93/42“, тако да уместо „ЕЕС 93/42“, сада гласи „ЕЕС 93/42 или 2017/745“.

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- Измењене стране конкурсне документације (стр. бр. 4, 5, 6, 7 и 8).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА- КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке и количина дати су у следећој спецификацији:

Red. broj	Naziv i opis sredstva	Jediniца mere	VMA	VB NIŠ	VB Novi Sad	Укупно	kvalitet	Rešenje ALIMS-a
Partija 1: Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne AQL 1.0								
1	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 6,5	par	4.000			4.000	CE znak, EEC 93/42 ili 2017/745, 2016/425 (lično zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30µg/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvučena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvučen lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji	DA
2	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7	par	10.000			10.000		
3	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7,5	par	13.000			13.000		
4	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8	par	13.000			13.000		
5	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8,5	par	14.000			14.000		
6	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 9	par	2.000			2.000		
Partija 2: Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, AQL 0,65.								
1	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 6,5	par	2.500			2.500	CE znak, EEC 93/42 ili 2017/745, 2016/425 (lično zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10µg/g, nivo specifičnih alergenih	DA
2	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7	par	13.000			13.000		
3	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7,5	par	13.000			13.000		

Red. broj	Naziv i opis sredstva	Jedini ca mere	VMA	VB NIŠ	VB Novi Sad	Ukupno	kvalitet	Rešenje ALIMS-a
4	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8	par	13.000	5.000		18.000	proteina <0,05µg/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvučena sintetičkim slojem	
5	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8,5	par	16.000			16.000		
6	Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 9	par	2.000			2.000		
Partija 3: Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne AQL 1.5								
1	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6	par	500			500		
2	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6,5	par	1.500			1.500		
3	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7	par	2.500			2.500		
4	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7,5	par	5.000	9.500		14.500		
5	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8	par	5.000	9.500		14.500		
6	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8,5	par	2.500	4.000		6.500		
7	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 9	par	500			500		DA
Partija 4: Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne AQL 0,65								
1	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6	par	500			500		
2	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6,5	par	1.500			1.500		DA

Red. broj	Naziv i opis sredstva	Jedini ca mere	VMA	VB NIŠ	VB Novi Sad	Ukupno	kvalitet	Rešenje ALIMS-a
3	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7	par	2.500			2.500	Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzeti prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji	
4	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7,5	par	2.500			2.500		
5	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8	par	7.500			7.500		
6	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8,5	par	2.500			2.500		
7	Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 9	par	500			500		
Partija 5: Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne.								
1	Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 6.5	par	1.500			1.500	CE znak, EEC 93/42 ili 2017/745, 2016/425 (lično zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3 PPE III, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0,65, nivo alergeni proteina <0,05mg/g, nivo endotokina <0,01 eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, debljina na dlanu min. 0,18-0,23mm, sila kidanja min. 9N, mikrohrapava površina na prstima rukavice sa unutrašnje strane presvučena sintetičkim slojem, indikator sterilnosti na kutiji	DA
2	Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 7	par	500			500		
3	Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 7,5	par	500			500		
4	Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 8	par	500			500		
5	Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 8,5	par	500			500		
Partija 6: Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne.								
1	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina S	kom.	100.000	50.000	20.000	170.000	CE znak, EEC 93/42 ili 2017/745, 2016/425 (lično zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna	DA

Red. broj	Naziv i opis sredstva	Jedini ca mere	VMA	VB NIŠ	VB Novi Sad	Ukupno	kvalitet	Rešenje ALIMS-a
2	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina M	kom.	150.000	170.000	50.000	370.000	rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671, deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavanje lične zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manžetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana	
3	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina L	kom.	150.000	170.000	50.000	370.000		
4	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina XL	kom.	150.000	15.840		165.840		
5	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rukovanje medicinskim otpadom, veličina L	kom.	100.000			100.000	CE znak, EEC 93/42 ili 2017/745, 2016/425 (lično zaštitno sredstvo), EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671, deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavanje lične zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na dlanu (dvostruko) min. 0,20mm, tekstura na prstima, sila kidanja min. 9N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana	
6	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rukovanje medicinskim otpadom, veličina XL	kom.	100.000			100.000		
Partija 7: Rukavice, polietilenske, nesterilne.								
1	Rukavice polietilenske za jednokratnu upotrebu	kom.	420.000			420.000	CE znak	NE

Red. broj	Naziv i opis sredstva	Jedini ca mere	VMA	VB NIŠ	VB Novi Sad	Ukupno	kvalitet	Rešenje ALIMS-a
Partija 8: Rukavice za rad u laboratoriji za rastvaranje citostatika								
1	Rukavice nitrilne, sterilne, bez talka, za rad sa citostatcima, vel 8	par	1.200			1.200	Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifičnom terapijom za koju je namenjen (citotoksična): proizvod mora da bude testiran i sertifikovan kao PPE III (lična zaštitna oprema) -sertifikat na engleskom jeziku kategorija III) Sistem kontrole kvaliteta u skladu sa EN ISO 21171:2006. • testirane u skladu sa EN 374-3 2003, testirano u skladu sa ASTM D 6978-05, bezbednost kat III, finalna kontrola AQL 0.65, duzina rukavice minimalno 300mm	NE
Partija 9: Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez talka, nesterilne, za rad sa citostatcima.								
1	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostatcima., veličina S	kom.	80.000			80.000	CE znak, deklaracija o konformitetu, EEC 93/42 ili 2017/745, 2016/425 (lično zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard kategorija III (zaštitne rukavice), medicinsko sredstvo kategorijal, otporna na infektivne agense ASTM-F1671, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), duzina rukavice minimum 250mm, debljina na prstima (jednostruko) min 0,155mm, debljina na dlanu (jednostruko) min 0,12 mm, debljina na manzeti (jednostruko) min 0,10mm, sila kidanja min 11N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana, hrpava spoljasnja površina, bez Tiurama, otporne na citostatike	DA
2	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostatcima., veličina M	kom.	100.000			100.000		
3	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostatcima., veličina L	kom.	100.000			100.000		
4	Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostatcima., veličina XL	kom.	50.000			50.000		