



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Позив за поправку,
д о с т а в љ а.-

Предузеће **Medika-projekt** д.о.о.
ул Кумодрашка 241/а, Београд
факс +381 11 39 73 911

На основу Уговора број 1211-11 од 11.04.2013. године, молимо да извршите услугу поправке следећег СнПС-а, на употреби у Центру за дневну хирургију ДПЦ ВМА, и то:

Рб	назив ПС-а/СнПС-а	Серијски број	неисправност
1	Парни стерилизатор (експресни) производње Getinge typ HS 11	03240273	Укључује аларм „steril error“, повишен притисак и температура стерилизације

Услуга у складу са елементима наведеног уговора, са роком реализације до 30 дана (члан 4. тачка 4.1.), гаранцијом на квалитет извршене услуге у трајању од 12 месеци и гаранцијом на испоручене и уграђене делове у трајању од 9 месеци (члан 10. тачка 10.1.).

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима и радни налог) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање. Плаћање у року од 30 дана (члан 5. тачка 5.1. уговора).

МС

МП

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
п у к о в н и к
проф. др Драган ДИНЧИЋ

Унможено у 1 (један)
примерак и достављено:

- наслову
- уз омот предмета