

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Београд, Црнотравска бр.17
www.nabavke.mod.gov.rs.

Покреће се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке су добра – СнПС за потребе Интервентне кардиологије и Интервентне васкуларне радиологије, и исти се обликује у 38 (тридесетосам) партија:

Ред. број	Основни назив	Јед. мере	Количина
ПАРТИЈА 1.			
1.	Уводник за катетер са хемостатском валвулом дијаметра 6 и 7 френча дужине 11цм са кратком водич сајлом и иглом за пункцију. Величине ће бити дефинисане по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора.	ком.	200
ПАРТИЈА 2.			
1.	Сајла за увођење катетера дијаметра 0,035 инча дужине 150 до 180 центиметара са Ј и правим меканим врхом, челичног језгра пресвучена тефлоном	ком.	200
ПАРТИЈА 3.			
1.	Катетер дијагностички коронарни отпоран на увртање, челичне арматуре, атрауматског врха дијаметра 6 френча, дужине 100 цм. и више, различите кривине JL3-6; JR3-6; AL1-3; AR1-2 MP 1-2. Кривине по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора	ком.	400
ПАРТИЈА 4.			
1.	Жица за ПТЦА дијаметра 0,014 инча 1. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 инча, за стандардне процедуре, хидрофилна, са флопи врхом дужине 180 цм. или еквивалент.-10ком. 2. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 инча са одговором врха 1:1, за употребу у стандардним процедурама, тортуозним анатомијама, и субтоталним окулзијама, изграђеним од два језгра, са изузетно атрауматским врхом дужине 180 цм. или еквивалент.-76 ком 3. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 инча пресвучена полимером, хидрофилна за стандардне процедуре тортуозне анатомије и окулзије дужине 180 цм±10%. или еквивалент.-10ком 4. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 инча, за екстра подршку за пласирање у екстремним условима, дужине 180 цм. или еквивалент.-2ком. 5. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 инча за хроничне	ком	100

	тоталне оклузије тежине врх 3 грама, дужине 180цм, за пролаз кроз хроничну тоталну оклузију техником контролисања бургијања дужине 180 цм. или еквивалент.2ком		
ПАРТИЈА 5.			
1.	Стент коронарни од легуре челика БМС.Стент легуре Л316 дебљине страта до 80 микрона ћелије отвореног типа, ширине стента у распону од 2 до 4,5мм. Димензије по захтеву крајњега корисника после потписивања уговора	ком.	130
ПАРТИЈА 6.			
1.	Стент коронарни са леком, рапамицин или деривати. Коронарни стент изграђен од легуре кобалт хром, дебљине страта 70 до 80 микрона са биодеградабилним полимером и имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом TOP-а (рапамицин или деривати), ширине стента у распону од 2 до 4,5мм Димензије по захтеву крајњега корисника после потписивања уговора	ком	15
ПАРТИЈА 7.			
1.	Стент коронарни хром кобалт Коронарни стент изграђен од легуре кобалт хром, дебљине старата 70 до 80 микрона са ћелијама отвореног дизајна или хибридног дизајна, ширине стента у распону од 2 до 4,5мм Димензије по захтеву крајњега корисника после потписивања уговора	ком.	15
ПАРТИЈА 8.			
1.	Балон катетер за ПТЦА Балон за ПТЦА високог притиска, монораил технике, семикомплијантан и не комплијантни, са једним или два маркера, дијаметар вршка балона 0.016., попречни пресек балона од 1,25-4,5 мм максималног промера до 0.030 инча	ком	40
ПАРТИЈА 9.			
1.	Катетер уводник за ПТЦА Катетер уводник за ПТЦА дијаметра 6,7 и 8 френча са бочним рупама (SH), челичне арматуре, атрауматског врха, унутрашњег лумена 0.071 инча, различитих кривина JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBV 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA; Кривине по захтеву крајњега корисника после потписивања уговора	ком.	100
ПАРТИЈА 10.			

1.	Шприц за ПТЦА са манометром притиска 30атм,са инсерционом иглом за жицу, ротатором и аутоматска ипсилон валвула	ком.	75
ПАРТИЈА 11.			
1.	Славина трокрака манифолд	ком.	250
ПАРТИЈА 12.			
1.	Линија за контрастно средство дужине 120 цм	ком.	250
ПАРТИЈА 13.			
1.	Катетер коронарни дијагностички за радијални приступ дијаметра 5 френча, отпоран на савијање, са арматуром, атрауматског врха, различите кривине JL3-6; JR3-6; AL1-3; AR1-3; TIGER(TAG). Кривине по захтеву крајњега корисника после потписивања уговора.	ком.	30
ПАРТИЈА 14.			
1.	Катетер за ПТЦА радијални, дијаметра 6 и 5 френча, отпоран на савијање, са арматуром, атрауматског врха различите кривине JL3-6;JR3-6;AL1-3;AR1-3,TIGER .Кривине по захтеву наручиоца после потписивања уговора	ком.	7
ПАРТИЈА 15.			
1.	Сет за радијални приступ са хемостатском валвулом, пункционом иглом, кратком хидрофилном жицом, димензије уводника 5 и 6 френча по захтеву крајњега корисника после потписивања уговора.	ком.	25
ПАРТИЈА 16.			
1.	Сет за хитне ПТЦА (Кеса – прекривка за заштитно стакло у сали, Сет за увођење катетера 6Ф, 11цм, 0.035", 18Г Сет за надувавање балона, индефлатор, 30атм, Жица водич 0.035", 150цм, “J” врх, Манифолд – вишекрака славина са бочним отворима, Трокрака славиница, Игла 18Г, Игла 21Г, Игла 22Г, Игла 25Г, Скалпел, Шприц коронарни за контраст 20мл, Црева ком за флуид 183цм, Сет за администрацију флуида 183цм, Сунђер за јод, Посуда 500мл, Уводник за жицу водич, Ротатор жице водича, Хемостатска валвула аутоматска, Посуда за чување жице водича)	кпл.	3
ПАРТИЈА 17.			
1.	Шприц за убризгавање контраста од 20мл, са ротирајућим адаптером (луер-ом), са гуменим наставком	ком.	100
ПАРТИЈА 18.			
1.	Шприц са манометром запремине 20мл, притиска 30 атмосфера	ком.	15
ПАРТИЈА 19.			
1.	Честице за емболизацију. Микросфере за емболзацију,	ком.	5

	величине од 100- 1200 μ m, направљене од поливинил алкохола. Паковање од 1мл		
ПАРТИЈА 20.			
1.	Балон катетер за дилатацију. Балон за перкутану транслумналну ангиопластику (ПТА) хидрофилни OTW систем дужина катетера до 100-135 цм. Двоструког лумена са два маркера балон од 7 мм компатибилан са уводником 6Ф. Димензије по захтеву наручиоцу	ком.	20
ПАРТИЈА 21.			
1.	Балон катетер за перкутану транслуминалну ангиопластику (ПТА) потколеница на носачу 135 см и више дужине 150 мм и више компатибилан са уводником 4 Ф. Димензије по захтеву наручиоца.	ком.	15
ПАРТИЈА 22.			
1.	Катетер дијагностички периферни брејдит технологије, меког врха, од 4 ф до 7 ф, дужине 100 до 150 цм кривине по захтеву наручиоца, израђен од побољшаног полиуретана отпорног на температуру тела.	ком.	30
ПАРТИЈА 23.			
1.	Микрокатетер. Микрокатетер за периферне емболизације, коаксијани сет, 2,7 Фр са водичем од 0,021 [“] , 10 цм протруизија жице, сегментно ојачање шафта стиралном жичаном арматуром балансиране флексибилности у вертикалном смеру. Дистално маркер и хидрофилни премаз.	ком.	15
ПАРТИЈА 24.			
1.	Водич сајла Стиф жица водич дијаметра 0,035 [“] дужине 150 цм, англед, дистално 3 цм флексибилни врх	ком.	15
ПАРТИЈА 25.			
1.	Водич сајла Стиф жица водич дијаметра 0,035 [“] дужине 260 цм, англед, дистално 3 цм флексибилни врх	ком.	15
ПАРТИЈА 26.			
1.	Водич сајла Водич сајла 0.035 инча дужине 150 цм, са меканим правим и Ј врхом	ком.	75
ПАРТИЈА 27.			
1.	Стент балон експандирајући пеиферни, хром кобалт, стент 7 мм компатибилан са уводником 6 ф, димензије по захтеву наручиоца.	ком.	10
ПАРТИЈА 28.			
1.	Стент периферни самоекспандирајући од нитинола OTW дизајна дијаметра од 7 мм компатибилан са уводником 6 Ф за водич сајлу 0,035 инча на носачу од 100 до 135 цм.	ком.	40
ПАРТИЈА 29.			
1.	Уводник за катетер. Уводник за катетер 6 Ф и 7Ф дужине 11 цм са водич сајлом и иглом за пункцију 18Г/7цм.	ком.	100
ПАРТИЈА 30.			
1.	Уводник за катетер 6 Ф и 7Ф дужине 23 цм са водич	ком.	25

	сајлом и иглом за пункцију 18Г/17цм		
ПАРТИЈА 31.			
1.	Периферна хидрофилна водич жица проксимално 0,013 инча, дистално 0,018 инча сачињена од једног језгра, јачине врха 30 грама, радиопактним делом од 15 цм, дужине 180- 300 цм пресвучена посебним намотајем који омогућава одличну контролу и пролаз кроз калцификоване лезије са одговором врха 1:1.	ком.	10
ПАРТИЈА 32.			
1.	Уводник за ПТА Уводник за ПТРА дужине 45 цм, доступних дијаметара од 5-8 Фр, са ЦЦВ валвулом, двострука жичана мрежа дуж шафта, дистално 5 цм хидрофилни премаз, радиопактни маркер. Доступне кривине РДЦ, С, МП, ИМ .	ком.	20
ПАРТИЈА 33.			
1.	Уводника за ПТА дужине 65 цм, дијаметра 6-7-8 Фр, са ЦЦВ валвулом и двоструком жичаном мрежом дуж шафта, дистално са хидрофилним премазом 35 цм и радиопактним маркером. Кривина С.	ком.	20
ПАРТИЈА 34.			
1.	Сфере за пуњење леком. Микросфере за емболзацију, намењене за администрацију лека величине од 50- 200 μм, у паковању од 10мл, направљене од vinyl acetate I methyl acrylate, комбиноване са acrylate alcohol co/polymer	ком.	3
ПАРТИЈА 35.			
1.	Сфере за пуњење леком. Модификоване ПВА срефе 75-900 мицрона, намењене за администрацију лека доксорубицина или иринотекана, у бочицама од 5 мл	ком.	3
ПАРТИЈА 36.			
1.	Катетер за ултразвучну тромболизу. Ecosonic MACH 4 шифра 136386 или одговарајући ендоваскуларни катетер компатибилан са уређајем Ecosonic, дужине 135 цм дужина сонди по захтеву наручиоца.	ком.	6
ПАРТИЈА 37.			
1.	Спирала за емболизацију. Периферне Пт хидрогел спирале (са слојем који бубри) за емболизацију за контролисаним ослобађањем, компатибилне са 0,021“ луменом микрокатетра, 4 Фр дијагностичким катетером, димензије према захтеву наручиоца. Систем за ослобађање спирала.	ком.	5
ПАРТИЈА 38.			
1.	ТИПС сет са уводником југуларним, иглом за перфорацију јетре, и катетером и водич сајлом	ком.	5

Разлог за примену преговарачког поступка :

Због хитности набавке количине предметних добара су за временски период до окончања отвореног поступка преко Управе за снабдевање МО, а после добијања мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

Ознака из општег речника набавке: **33140000- медицински потрошни материјал.**

Обавештење о покретању поступка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, покренутог на основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, и конкурсна документација, биће упућена свим познатим понуђачима на тржишту:

„NEOMEDICA“, „HERMES SISTEM“, „SOUL MEDICAL“, „GOSPER“, „BIMED“, „VICOR“, „ECOTRADE BG“, „YUNICOM“, „ZEMAN FARM“, „APTUS“, „AUSTROLINE“, „JUGOHEMIJA“, „ST JUDE MEDICAL“, „DIJAMED“ сви д.о.о. из Београда и „SANOMED“ из Новог Сада.

Измене обавештења о покретању поступка и конкурсна документација су објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници МО.

Рок за подношење понуда: Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе до 06.09. 2013. године до 09,30 часова.

Отварање понуда и поступак преговарања обавиће се дана 06.09.2013. године у 10,00 часова у присуству представника свих понуђача у сали бр. 406, 5 спрат, Одељење за снабдевање ВМА.