



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
Инт. бр. 508-22/12
13 MAR 2013

Појашњење/допуна/измена
конкурсне документације,
д о с т а в љ а -

Веза: ЈН број 40/12 – Кревети специјални болеснички.

Дописом наш инт.бр. 508-19 од 11.03.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

Као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом тражите достављање Биланса стања и биланса успеха за 2010., 2011. и 2012. годину или Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину па наше питање гласи **Питање бр. 1:** Обзиром да су финансијски извештаји за 2012. годину у процедури израђивања, да ли ће се као доказ за неопходни финансијски и пословни капацитетом прихватити Биланс стања и биланс успеха за 2009., 2010. и 2011. годину, односно Извештај о бонитету за 2009., 2010. и 2011. годину?

Одговор 1:

У складу са чланом 24 став 1 и чланом 30 став 1 Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр.46/06 и 111/09) били сте у обавези да биланс стања и биланс успеха за 2012. годину саставите и доставите Агенцији за привредне регистре до краја фебруара 2013. године. На основу напред наведеног, а имајући у виду да је јавно отварање понуда заказано после краја фебруара 2013. године, **потребно је да доставите документацију како је наведено у конкурсној документацији тачка 2.4.8 Прилог 1.**

Наручилац врши следеће измене конкурсне документације:

(јавни позив за прикупљање понуда објављен у Сл. гласнику број 018/2013.од 26.02.2013. године).

Продужава се рок за достављање понуда тако да је: **Рок за достављање понуда 02.04..2013. године до 12.00 часова.**

Јавно отварање понуда одржаће се **02.04..2013. године у 12,00 часова**, на адреси Београд, Немањина 15, приземље - соба 12.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
МВ/-



ДИРЕКТОР

Драгана Петровић, дипл.економиста



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
Инт. бр. 508-18/12
11 MAR 2013

Појашњење/допуна/измена
конкурсне документације,
д о с т а в љ а .-

Веза: ЈН број 40/12 – Кревети специјални болеснички.

Дописом наш инт.бр. 508 -16 од 07.03.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

Питања за Прилог бр. 3/1Б конкурсне документације -партија 1

Питање бр. 1: У тачки број 2 "да ли мора бити постављен носач касете за уметање филма на овој врсти кревета"? Одговор 1: ДА

Питање бр. 2 : У тачки број 7 није предвиђено од чега морају бити израђене бочне стране и чела кревета и да ли морају да се закључавају на овој врсти кревета

Одговор 2: Бочне стране морају да се закључавају на овој врсти кревета, а чела кревета НЕ. Што се тиче за материјал за бочне стране и чела кревета понуђач нуди оно што има у свом програму.

Питање бр. 3: У тачки број 9 "да ли точкови могу бити и дупли јер су и бољи за кревет (стабилнији) и дуготрајнији" Одговор 3: Могу бити и дупли

Питање бр. 4: У тачки број 10 "тражи се да кревет поседује норму ЕН 60601-1" међутим Норма која мора пратити кревете у ЕУ од априла 2013.године, а примењује се од 2009. године и односи се на сигурност је ЕН 60601-2-52 она уједно одређује којој категорији припада одређени кревет и произвођачи морају поштовати те норме. Зато од вас тражим да кревети морају испуњавати и норму: ЕН 60601-2-52, уколико је не испуњавају то значи да не задовољавају Европске критеријуме за кревете за интензивну негу пацијената. Одговор 4: Наручилац остаје при захтеву, **није потребно достављати норму ЕН 60601-2-52.** Наручилац напомиње да је у тачки 2.13. Прилога 1 између осталог за исправност понуде тражено "Дозволу за стављање у промет понуђеног добра, односно Решење о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава, издату од Агенције за лекове и медицинска средства Р. Србије. (доставља се за понуђене КРЕВЕТ-е и понуђене ДУШЕК-е)."

Питање бр. 5: Тачка 26 "Да ли прихватате душек који је димензијама и обликом прилагођен понуђеном кревету од истог произвођача и сертификован као антидекубитивни душе, а који у потпуности задовољава потребе интензивне неге". Одговор 5: Прихвата се и душек који је димензијама и обликом прилагођен понуђеном кревету од истог произвођача и сертификован као

антидекубитивни душек, а који у потпуности задовољава спецификацију која мора да буде испуњена, тачка 26 Прилога 3/1Б, страна 17/48 конкурсне документације.

Питања за **Прилог бр. 3/2Б** и 3/3Б конкурсне документације **-партија 2 и 3**

Питање бр. 6: Тачка 7 "Да ли прихватате **уместо** застарелог и несигурног **латералног нагиба** (који је превазиђен) најновије душечне системе уграђене у конструкцију кревета тј. компресори и душечни систем интегрисан у кревету који је тако програмиран да може окретати пацијента леводесно, а поседује и низ других перкусија/лупкање.тупкање, вибрирање итд) које поспешују брзи опоравакпацијената-спречава декубите-отворене ране и помаже медицинскомособљу да без већих напора обављају све послове око пацијента." **Одговор 6:** Прихвата се и опција кревета где се латерални нагиб регулише помоћу душека, само ако задовољава тражени латерални нагиб обостран, $\pm 20^{\circ}$ или више и уколико има индикатор положаја.

Такође тражим да овакви кревети морају поседовати поред осталих и сертификат ЕН 60601-2-52. **НЕ ПРИХВАТА СЕ.** Наручилац напомиње да је у тачки 2.13. Прилога 1 између осталог за исправност понуде тражено "Дозволу за стављање у промет понуђеног добра, односно Решење о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава, издату од Агенције за лекове и медицинска средства Р. Србије. (доставља се за понуђене КРЕВЕТ-е и понуђене ДУШЕК-е)."

Поред постављених питања, тражим од комисије да сви понуђачи приликом отварања понуда презентују производ кога нуде пошто се ради о изузетним креветима чији технички опис није лако ускладити а уједно постићи ниску цену. **НЕ ПРИХВАТА СЕ.** Технички опис је дат у Прилогу3/1Б, 3/2Б и 3/3Б конкурсне документације.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
МВ/-

Д
ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл.економиста

