



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
 СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
 УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
 Дирекција за набавку и продају
 Инт. бр. 508-32/12
 19 MAR 2013

Појашњење/допуна/измена
 конкурсне документације,
 доставља-

Беза: ЈН број 40/12 – Кревети специјални болеснички.

Дописом наш инт.бр. 508-28 од 13.03.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

Питање бр. 1: У партији 2 и 3 у техничкој документацији се тражи за ставку 1 на странама 21/48 и 27/48 следеће: "Основна конструкција на 3 телескопска стуба." Да ли се прихвата минимум 2(два) телескопска стуба". **Одговор 1:** Да, прихвата се. Уместо 3 треба да стоји минимум 2(два). У вези са одговора наручиоца за партије 2 и 3, Прилог 3/2Б и 3/3Б, тачка 16 конкурсне документације се брише из техничке спецификације.

Питање бр. 2: Колика је проценена вредност јавне набавке по партијама? У обавези сте да свим понуђачима дате процену вредност, како би исти направили одговарајућу и прихватљиву понуду. **Одговор 2:** Одредбама Закона о јавним набавкама није прописана обавеза наручиоца да саопшти процену вредност предмета јавне набавке. Напомињемо да је Правилником о поступку отварања понуда и обраду за вођење записника о отварању понуда (Сл. гласник РС бр.50/09) у члану 7 став 1. утврђено да записник између осталих садржи податке о поступку ЈН која се спроводи, а међу којима је проценена вредност ЈН.

Наручилац врши следећу измену конкурсне документације, која се односи на све три партије: Формулација у тачки 2 Прилога 3/1Б, 3/2Б и 3/3Б се мења и гласи: "Лежећа плоча четвороделна, у лежном делу од главе до карлице израђена од полипропилена или ламината, а остали делови лежеће плоче израђени од полипропилена, са могућношћу радиотрафског снимања од главе до карлице, укључујући и снимање Ц луком. Испод узглавља кревета постављен је носач касете за уметање филма."

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
 МВ/-

ДИРЕКТОР

Драгана Петровић, дипл.економиста



[Handwritten signature]