



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
Инт. бр. 508-38/12
22 MAR 2013

Појашњење/допуна/измена
конкурсне документације,
д о с т а в љ а .-

Веза: ЈН број 40/12 – Кревети специјални болеснички.

Дописом наш инт.бр. 508-35 од 22.03.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

У партији 1 у Прилогу 3/1Б се тражи за ставку 26: "Превентивни антидекубитални душек обликован према лежећој плочи кревета (ергономски обликован), **навлака** непропусна за течност, перива, пропусна за гасове, антибактеријска, израђен од хладне полиуретанске пене, нарезане у блок структуре, ивице душека од чврсте пене ради стабилности пацијента, могућност скидања навлаке, за II степен ризика декубита, **пропустан на рендгенске зраке**, дебљина душека минимум 14 цм."

Питање бр. 1: Да ли је прихватљиво да се брише из техничке спецификације следеће "ивице душека од чврсте пене ради стабилности пацијента" јер ергономски обликован душек одговара ергономској плочи кревета, која својим обликом у комбинацији са душеком обезбеђује стабилност пацијента" **Одговор 1: ДА. прихвата се.** "ивице душека од чврсте пене ради стабилности пацијента" се брише из техничке спецификације.

Питање бр. 2: Да ли је прихватљиво да душек израђен од хладне полиуретанске пене, нарезане у блок структуре има завршницу од мемори пене. **Одговор 2:** Прихвата се душек који има завршницу од мемори пене, а исто тако прихвата се и душек који нема завршницу од мемори пене.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
МВ/-

Д И Р Е К Т О Р
Драгана Петровић, дипл.економиста

