



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ**  
**УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ**  
**ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ**

**Инт. бр. 452 – 46/12**

**19.03.2013. године**

**Појашњења у вези са  
припремањем понуде,  
д о с т а в љ а.-**

---

**Веза:** Јавна набавка добара број 262/12 медицинска средства за потребе Операционог блока Војномедицинске академије, по партијама

**ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ** су упутили следећа питања у вези са припремањем понуде, а **НАРУЧИЛАЦ** Дирекција за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, Немањина бр. 15, даје појашњења:

**1. Питање:** Да ли је дозвољење приложити попуњену, потписану и оверену печатом спецификацију добара само за понуђене партије, или је обавезно приложити цео прилог ( од броја 3.1 до 3.43), односно и за партије које не нудимо?

**ОДГОВОР:** Обавезно је да понуђач приложи Прилог бр. 3 и Прилоге од 3.1 до 3.43 без обзира на број партија за које учествује. За партије за које не учествује довољно је да прецрта образац, стави потпис и печат.

**2. Питање:** У обрасцу о оцени испуњености услова из Члана 44 ЗЈН (прилог 4.) у тачки 6 тражено је да се приложи потврда АПР-а да у року од две године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна или судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата после дана објављивања јавног позива.

**ПИТАЊЕ:** Да ли ћете прихватити потврду АПР-а која се односи на период од три године односно покрива период 11.03.2010- 11.03.2013. године ?

**ОДГОВОР:** У конкурсној документацији у тачки **2. УСЛОВИ ПОНУДЕ,** Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе, тачка **2.3.** Попуњен образац о оцени испуњености услова из члана 44. ЗЈН (Прилог бр. 4): пише:

"6. Потврда Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издата после дана објављивања јавног позива.

**Понуђач може да поднесе и потврде издате на период од три или пет година под условом да обухватају период од 2 године пре дана објављивања јавног позива".**

**3. Питање:** Да ли је за партију 16. дозвољено понудити систем за дренажу за једнократну употребу капацитета до 2000ml са екстерном сукцијом и одржавањем вакуума путем водене баријере?

**ОДГОВОР:**

У партији бр. 16 налазе се све техничке карактеристике које тражено средство мора да поседује: "Воса за дренажу од 400ml и више, са механичким одржавањем вакуума путем металних опруга и слично, са могућношћу праžњенја и поновног успостављања вакуума."

ВН

**ДИРЕКТОР**

**Драгана Петровић дипл економиста**

Достављено:

-свим заинтересованим лицима

која су примила конкурсну документацију