



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Инт. бр. 452-35/12

11.03.2013. године

**Појашњења у вези са
припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-**

Веза: Јавна набавка добара број 262/12 медицинска средства за потребе Операционог блока Војномедицинске академије, по партијама

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ су упутили следећа питања у вези са припремањем понуде, а **НАРУЧИЛАЦ** Дирекција за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, Немањина бр. 15, даје појашњења:

1. Питање, Партија 9: Потрошни материјал за апарат Sterad 100NX:

У партији 9, ставка 1 Индикатор стерилности биолошки за Sterad 100NX, не постоји специјални биолошки индикатор за Sterad 100NX, већ универзални биолошки индикатор за биолошку контролу у водоник - пероксидном стерилизатору.

Молимо вас да ту ставку издвојите у посебну партију, јер је ограничена конкуренција међу понуђачима.

ОДГОВОР: Индикатор стерилности биолошки за Sterad 100NX ће бити издвојен као посебна партија.

2. Питање, Партија 10: димензије које ми можемо да понудимо су:

-за ставку 2: 30x20cm

-за ставку 3: 40x35 или 45x50 или 45x65cm

-за ставку 4: 80x55cm

-за ставку 5: 72x88cm

Да ли можемо да понудимо горе наведене димензије?

ОДГОВОР: прихватају се понуђене димензије инцизионих фолија.

3. Питање, Партија 12: Инцизиона фолија са прекривком за офталмологију, да ли наведена прекривка треба да има колекциону кесу?

ОДГОВОР: Инцизиона фолија са прекривком за офталмологију треба да садржи и колекциону кесу.

4. Питање, Партија 14: Једнократни сет за операције: Прилажемо састав свих сетова које сте тражили. Молимо вас да нам омогућите да конкуришемо са нашим сетовима.

За хируршке мантиле

-појасните нам како се доказује класа 2 и 3 ААМ1 квалификација. Да ли је довољна изјава произвођача да мантили испуњавају стандард EN13795?

ознаке величина за наше мантиле су 120, 130, 150, 170, 150cm large.

Сет за артроскопију колена, састав:

1 прекривка за сто 150x190cm

2 пешкира 30x40cm

1 прекривка стола за инструменте 80x145cm

1 прекривка, двослојна (за здраву ногу) 150x180cm

1 ортопедска чарапа 33x55cm

1 лепљива провидна трака 10x50cm

1 пресвлака за колено, двослојна, величине 225x320cm, са еластичним отвором пречника 6cm+7cm и интегрисаним отворима (2 пара) за црева лепљивим чичак тракама и интегрисаном кесом за сакупљање течности (са одводом) и кадицом.

Хируршки сет за TUR I, састав:

1 прекривка за сто 150x190cm

2 пешкира 30x40cm

1 лепљива трака 2,5x25cm

1 T.U.R. I прекривка 175x260x210cm, са интегрисаним навлакама за ноге (125cm) са перинеалним отвором а 5cm, са супрапубичним отвором а 8cm, са интегрисаном кесом за сакупљање течности, интегрисаним ситом, и одводом, са кадицом, latex- free навлаком за прст.

Хируршки сет за TUR I, састав:

1 прекривка за сто 150x190cm

2 пешкира 30x40cm

1 лепљива трака 2,5x25cm

1 RECTUM II прекривка 175x260x245cm, са интегрисаним навлакама за ноге (125cm), са перинеалним отвором а 7x10cm, са супрапубичним отвором а 8cm, са интегрисаним ситом и latex- free навлаком за прст.

Сет за кук II, садржи:

1 прекривка за сто 150x190cm

1 прекривка стола за инструменте четворослојна 80x145cm

1 лепљива прекривка, двослојна 75x90cm

1 прекривка, двослојна (за здраву ногу) 150x180cm

1 ортопедска чарапа 33x110cm

1 лепљива прекривка величине 225x280cm, са прорезом 10x100cm и четворослојним ојачањем око операционог поља (тамно зелене боје) са отворима (2 пара) за црева

1 анестезија, лепљива прекривка, величине 175x270cm, са прорезом 45x65cm и четворослојним ојачањем око операционог поља (тамно зелене боје)

1 лепљива трака 9x50cm

2 лепљиве провидне траке 10x50cm

4 пешкира 30x40cm

Сет за кук I, садржи:

1 прекривка за сто 150x190cm

4 пешкира 30x40cm

1 прекривка стола за инструменте 80x145cm

1 лепљива трака 9x50cm

1 лепљива прекривка, двослојна 75x90cm

1 прекривка, двослојна (за здраву ногу) 150x180cm

1 лепљива прекривка величине 225x260cm, са прорезом 10x100cm и четворослојним ојачањем око операционог поља (тамно зелене боје)

1 анестезија, лепљива прекривка, величине 175x270cm, са прорезом 45x65cm и четворослојним ојачањем око операционог поља (тамно зелене боје)

Кардиоваскуларни сет:

1 прекривка за сто 150x190cm

4 пешкира

2 прекривке стола за инструменте 80x145cm

2 лепљиве трака 9x50cm

2 прекривке за стопала

1 прекривка за 150x180cm

1 обострана прекривка, 175x260cm са прорезом, 20x100cm

1 кардиоваскуларна прекривка 260/200x335cm, трослојна, отвор 33x38cm, интегрисана инцизиона фолија, 3-делна кесе за дијаметрију са обе стране

ОДГОВОР: прихватају се понуђени сетови, с тим да у свом саставу, обавезно морају да садрже и све остале ставке наведене у конкурсној документацији. Понуђач може понудити преостале компоненте наведених сетова и посебно, али цена мора бити изражена на јединичну цену сета.

Везано за хируршке мантиле довољна је изјава произвођача да исти испуњавају европски стандард EN 13795.

Што се тиче величина за хируршке мантиле, исте се прихватају уколико одговарају словним ознакама за величину мантила наведеним у конкурсној документацији.

5. Питање, Партија 14: за производе у Партији 14 тражите од произвођача да хируршки мантили буду класе 3ААМ1 класификације, односно класа 2ААМ1 класификације. Молимо да објасните шта значи класа 2ААМ1 класификације и класа 3ААМ1 класификације, јер у консултацији са Агенцијом за лекове и медицинска средства која издаје Решења о регистрацији за Републику Србију ова класификација за стерилне хируршке мантиле не постоји и према њиховом објашњењу сви хируршки мантили спадају у класу Is и морају бити усклађени са европском директивом 93/42/ЕЕС. Из тог разлога молимо да се у техничким карактеристикама за партију 14 избришу класа 2ААМ1 класификације као и класа 3ААМ1 класификације.

ОДГОВОР: из техничке спецификације за стерилне хируршке мантиле партије број 14 потребно је избрисати класу 2 и 3 ААМ1 класификације, тј. изменити је тако да буде у складу са захтеваним стандардима и дозволама АЛИМС-а Републике Србије, по којој стерилни хируршки мантили спадају у класу Is медицинских средстава и морају бити усклађени са европском директивом 93/42/ЕЕС.

6. Питање, Партија 14: У спецификацији партије број 14 Сет кардиоваскуларни стерилни, у тачки 8. се наводи: АДХЕЗИВНА КОМПРЕСА ТРОСЛОЈНА 300cmx330cm СА ПРОРЕЗОМ, молимо појашњење.

а) димензије и промер прореза у платну

б) на ком месту се налази прорез.

ОДГОВОР: прорез у платну треба да буде димензије минимум + 2-4cm, централно позициониран.

7. Питање, Партија 14: У спецификацији партије број 14 Сет кардиоваскуларни стерилни, у тачки 3. се наводи: ДВЕ ЧАРАПЕ МАЛЕ И ТРИ ЧАРАПЕ МАЛЕ ПРОЗИРНЕ, молимо прецизније појашњење у вези димензија, материјала и других карактеристика овог производа. Ако су три чарапе мале прозирне, какве су две чарапе мале?

ОДГОВОР: 2 мале непрозирне чарапе и 2 мале прозирне чарапе, димензије 36x28cm, са одступањем ± 2 cm. Непрозирне чарапе морају бити направљене од трослојног материјала, као и прекривке за операцију, а прозирне чарапе морају бити направљене од PVC-а.

8. Питање, Партија 29: Навлаке за камеру, ми имамо 4 врсте навлака за камеру, а све су дужине 250cm. Разликују се по ширини односно пречнику навлаке:

- а) Навлака телескопски пресавијена 13cmx250cm
- б) Навлака реверсибилно пресавијена 13cmx250cm
- ц) Навлака са прстеном 15cmx250cm
- д) Навлака 16cmx250cm

Молимо вас за појашњење.

ОДГОВОР: прихвата се понуђена навлака за камеру под а) навлака телескопски пресавијена 13cmx250cm.

9. Питање: Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се достави потврда од АПР-а да привредном друштву није изречена правоснажна судска и управна мера забране обављања делатности која покрива период од 21.05.2013. године (датум оснивања) до датума објаве?

ОДГОВОР: Понуђач може да достави Потврду Агенције за привредне регистре да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, која покрива период од датума објављивања јавног позива па до датума његовог оснивања.

10. Питање: Шта је потребно доставити као доказ за неопходан финансијски и пословни капацитет, за привредна друштва која су основана у 2012. години, односно да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се достави Биланс стања и успеха за 2012. оверен и потписан од одговорног лица понуђача? Привредно друштво је основано у 2012. и не постоји извештај о бонитету за претходне три обрачунске године. Достављамо вам и потврду АПР-а да не могу пружити услуге бонитета за претходне године.

ОДГОВОР: Уколико сте основани у 2012. години, потребно је да доставите биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.

11. Питање: Да ли се прилаже Прилог бр. 3 само за партије за које подносимо понуду?

ОДГОВОР: Обавезно је да понуђач приложи Прилог бр. 3 и Прилоге од 3.1 до 3.43 без обзира на број партија за које учествује. За партије за које не учествује довољно је да прецрта образац, стави потпис и печат.

12. Питање: Да ли се одвојено пакују општа документација и понуде за партије?

ОДГОВОР: Сва документација се пакује заједно.

ВН

ДИРЕКТОР
Драгана Петровић дипл економиста

Достављено:
-свим заинтересованим лицима
која су примила конкурсну документацију