



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  
Дирекција за набавку и продају  
бр. 239-16  
21 OCT 2013. године  
БЕОГРАД

Допуна/измена конкурсне  
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 85/13 – Видео систем за ЕЦРП-Дуоденоскопију –ознаке из Општег речника набавке 33168100- Ендоскоп.

Дописом наш инт.бр. 239 - 14 од 18.10.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

На страни 32/50 конкурсне документације под тачком 2.8. тражили сте:

„Могућност приказивања васкуларизације ткива (помоћу оптичких филтера)“.

**Питање бр. 1:** Да ли је прихватљив приказ васкуларизације ткива који се добија софтверском обрадом?

**Одговор 1:** Формулација у тачки 2.8. на страни 32/50 конкурсне документације се мења и гласи:

„Могућност приказа васкуларизације ткива помоћу оптичких филтера или софтверском обрадом “.

На страни 32/50 конкурсне документације под тачком 2.10. тражили сте:

„Подешавање колор боја: црвена/плава мин. +/- 5 нивоа“.

**Питање бр. 2:** Молимо за појашњење да ли је прихватљиво подешавање колор боја: црвена/плава мин. +/- 4 нивоа?

**Одговор 2:** Формулација у тачки 2.10. на страни 32/50 конкурсне документације се мења и гласи:

„Подешавање колор боја: црвена/плава мин. +/- од 4 до 5 нивоа “.

На страни 32/50 конкурсне документације под тачком 2.11. тражили сте:

„Повећање структуре и контуре приказа: мин. 3 мода, 6 нивоа“.

**Питање бр. 3:** Молимо за појашњење шта се подразумева овом техничком карактеристиком односно коју функцију задовољава и на који начин?

**Одговор 3:** Формулација у тачки 2.11. на страни 32/50 конкурсне документације се мења и гласи:

„Повећање структуре и контуре приказа: мин. 3 мода, 6 нивоа или могућност елиминисања шума из слике“.

На страни 33/50 конкурсне документације под тачком 3.4. тражили сте:  
„фиока за ситне делове“.

**Питање бр. 4:** Молимо за појашњење да ли је прихватљива понуда без ове техничке карактеристике?

**Одговор 4:** Формулација у тачки 3.4. на страни 33/50 конкурсне документације се мења и гласи:  
„фиока за ситне делове или удубљење на полици за ситне делове“.

Наручилац врши измену конкурсне документације тако:

- 1) да на страни 29/50 у колони 7 уместо 2x4 треба да стоји 2x5 мења,
- 2) да на страни 18/50 у петом реду одоздо уместо отварања понуда треба да стоји потписивања уговора

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-



**ДИРЕКТОР**  
Драгана Петровић, дипл.економиста

Прилог:  
измењене стране 29/50,32/50 и 33/50

## VI-6 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1 Видео систем за ЕЦРП-Дуоденоскопију (по спецификацији из обрасца понуде VI-8)	2	3	4	5	6 (2x3)	7 (2x5)
<b>УКУПНО:</b>						

### УПУТСТВО за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати износ ПДВ-а у процентима за тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке; (наведене у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке. Она се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (наведене у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Потпис понуђача \_\_\_\_\_

### ИЗМЕНЈЕНА СТРАНА 29/50

## VI -8 СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Видео систем за ЕЦРП-Дуоденоскопију, која мора да буде испуњена:** (табелу обавезно попунити)

		Да ли испуњава тражене карактеристике ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди
1.	<b>Видео дуоденоскоп</b>		
1.1.	Угао видног поља: 100° (ретро 5-10)°		
1.2.	Дубина видног поља: 4-60 мм или 5 - 60мм		
1.3.	Пречник инсерционе тубе: мин. 11,3 мм		
1.4.	Пречник радног канала: 4.2 мм		
1.5.	Радна дужина мин. 1240 мм		
1.6.	Савитљивост флексија - врха апарата: горе /доле мин. 120° /90°, десно/ лево мин. 105°/90°		
2.	<b>Видео процесор и извор хладног светла</b>		
2.1.	<b>Извор светла инкорпорисан у видео процесор или као засебне јединице</b>		
2.2.	Ксенонска сијалица 300 W		
2.3.	Резервна сијалица халогена или лед (саставни елемент извора хладног светла )		
2.4.	Аутоматска и ручна контрола осветљаја		
2.5.	Пумпа за ваздух –мин. 4 нивоа рада		
2.6.	Колор CCD систем		
2.7.	HD(High definition) резолуција слике		
2.8.	Могућност приказивања васкуларизације ткива (помоћу оптичких филтера)		
2.9.	Brightness контрола: аутоматска, average/peak		
2.10.	Подешавање колор боја: црвена/плава мин. +/- 5 нивоа		
2.11.	Повећање структуре и контуре приказа: мин. 3 мода, 6 нивоа		
2.12.	Аутоматски white balance		
2.13.	Freeze kontrola slike		
2.14.	Аутоматска идентификација ендоскопа		
2.15.	Подаци о пацијентима		
2.16.	Могућност повезивања на мрежу рачунара		
2.17.	Digitalni izlaz: DVI		
2.18.	Analogni izlazi: RGB, Y/C		

ИЗМЕЊЕНА  
СТРАНА 32/50

М.П.  
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(потпис)

3.	<b>KOLICA – TROLA ZA OPREMU</b>		
3.1.	Клизна полица за тастатуру		
3.2.	Покретни држач за LCD монитор		
3.3.	Носач ендоскопа		
3.4.	Фиока за ситне делове		
4.	<b>КОЛОП МОНИТОР</b>		
4.1.	LCD monitor 26"		
4.2.	Резолуција 1920(H) x1080 (V) (HDTV формат) или боље		
4.3.	Могућност приказа упоредо-паралелно две слике различитих извора (ендоскопска и рендген) PoP		
4.4.	Конекције: DVI, SDI, HD-RGBS, HD-YPbPr, YpbPr, S video, Composite		
5.	<b>Сукциона пумпа</b>		
5.1.	Номинални вакум 85 кРа		
5.2.	Воца од 2 литра		
5.3.	Аутоматски flow cut-off		
5.4.	Усисни капацитет 30 lit/min		
5.5.	Хидрофилни микробиолошки филтер		

**ПОНУЂАЧ:**

**М.П.**  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

**ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 33/50**