



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  
Дирекција за набавку и продају  
Инт. бр. 109-16

02 ОСТ 2013

Појашњење конкурсне  
документације, доставља-

Веза: ЈН број 17/13 – Лабораторијски фрижидери.

Дописом наш инт.бр. 109 - 14 од 01.10.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације, у складу са чланом 32. став 2. Закона о јавним набавкама.

**Питање бр. 1:** на страни 16/35 ставка 3.4.-показивач температуре у фрижидеру: да ли се односи на очитавање температуре постигнуте у фрижидеру или о показивачу температуре који треба да смештен у саму комору, а не споља као код већине фрижидера (LCD и сл.).

**Одговор 1:** Мисли се на показивач температуре, дигитални или аналогни, који је смештен са спољне стране фрижидера и који показује температуру у фрижидеру.

**Питање бр. 2:** на страни 16/35 за ставку 4.3. изменом је дефинисана већа запремина замрзивача: да ли је одговарајућа и нешто већа запремина замрзивача, од укупно 230 или 275 л? Молимо вас да дефинишете горњу границу.

**Одговор 2:** Не прихвата се измена конкурсне документације, пошто крајњи корисник нема потребе за фрижидером са већом запремином од 200 литара.

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

ДИРЕКТОР  
Драгана Петровић, дипл.економиста

