



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЦЕНТРА

ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА

Број 2552-4

18 SEP 2023 .2023.године

БЕОГРАД

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку друге оквирног споразума за услугу поправке и одржавање медицинске и прецизне опреме број ЈН 71/2023

На основу члана 6. оквирног споразума број 6716-185 од 05.09.2022.године Центар војномедицинских установа, Пастерова бр.3, 11000 Београд, позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.

Наручилац

Центар војномедицинских установа, Пастерова бр.3, 11000 Београд, www.mod.gov.rs, e-mail svmu.beograd@mod.gov.rs.

Предмет јавне набавке

Услуга поправке и одржавање медицинске и прецизне опреме:

У Прилогу број 1- који је саставни део позива је преглед апарата АУДИОМЕТАР MADSEN

Per.бр. 339310 из ВП 1279 Београд (ВМЦ Карабурма)

Произвођач: DENMARK

Голина производње: 2010

Потребни ресурси: истражавање ресурса за годишњи сервис- калибрацију, замена кабл слушалице, замена тастера на управљачкој јединици.

Услугу извршити у месту наручница.

Врста поступка

Предметна набавка се спроводи на основу оквирног споразума поправке и одржавање медицинске и прецизне опреме по ОС број 6716-185 од 05.09.2022. године.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку имају сва правна лица која су закључила оквирни споразум број 6716-185 од 05.09.2022. године, као и Добраљачи који испуњавају потребне услове за реализацију услуге поправке и одржавање медицинске и прецизне опреме.

Време и место подношења понуде:

Рок за подношење понуда: 28.09.2023. године до 11,00 часова.

Понуде се подносе непосредно у деловодство Управе ЦВМУ Београд, Пастерова бр. 3, III спрат соба бр. 309 или факсом на телефон 011/3006-026 или на мејл svmu.beograd@mod.gov.rs.

Критеријум за избор најповољније понуде је:

Наручилац ће одлуку о додели наруџбенице донети применом критеријума: "ЕКОНОМСКИ НАЈПРИХВАТЉИВИЈА ПОНУДА" а све према тачки 6.7. оквирног споразума.

Рок важења понуде је најкраће 30 дана од дана отварања понуда, односно до доделе наруџбенице.

Рок за реализацију набавке је не дужи од 5 (пет) дана од достављања наруџбенице. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Заинтересовано лице може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније (5) сати пре истека рока за достављање понуда, на факс број 011/3000-165 или на е-маил адресу evm.besgrad@mod.gov.rs са назначом: Питања за јавну набавку на коју се закон не примењује број ЈН 71/23. Наручилац ће одговоре проследити свим понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију.

МБ/МП
M

Достављено: - уз омот предмета, и објављено на порталу МО.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
УПРАВНИКА
ПОТПУКОВНИК
Др Бојан Јовановић



ПОДАЦИ О ПОЛУЂАЧУ

НАЗИВ ПОЛУЂАЧА	
АДРЕСА ПОЛУЂАЧА	
МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
E-MAIL	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЈЛАТНОСТИ	
ПИБ БРОЈ	
ПДВ БРОЈ	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
Број и датум издавања сертификата о акредитацији правног лица	
ДИРЕКТОР	

штампано име и презиме овлашћеног лица

М.П.

потпис овлашћеног лица

На основу позива број _____ од _____ године за издавање наруџбенице за услугу поправке и одржавање медицинске и прецизне опреме дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

ПОНУДА БРОЈ: _____

1. Понуда важи (не може бити краће од 30 дана) од дана отварања понуда.

2. Количина, цена, вредност:

Ред. бр.	ОПИС АКТИВНОСТИ	ОПН	Јед. мер.	Количина	Јединична цена	Укупно
1.	Услуга поправке и одржавање медицинске и прецизне опреме: - Услуга калибрације и поправке насталих неисправности на апарату аудиометар „MADSEN Хета“		к	1		
			м			5040000
УКУПНО са ПДВ-ом						
ПДВ						
Укупна вредност осталих трошкова који су укључени у приказаној цени (вредност амбалаже, транспортни трошкови и сл.)						

3. Рок плаћања је (не краћи од 30 дана) од дана сљужбеног пријема рачуна.

4. Рок за реализацију услуге (не дужи од 5 дана) од дана издавања наруџбенице.

5. Понуђач је у обавези да према захтеву, достави документацију - акредитацију и решење за потребну услугу.

Место и датум:

Давалац услуге:

(потпис и печат)

Назива ТМС: АПАРАТ АУДИОМЕТАР MADSEN пер.бр.(фаб.бр.) 339310 из ВП 1279 Београд (ВМЦ КАРАБУРМА, ОРЛ)

Остали подаци:

Тип: ХЕТА EN60645-1 type 3
Произвођач: DENMARK
година производње: 2010

СТАЊЕ ТМС (прецизан опис неисправности и комплетности):

истекао ресурс за годишњи сервис-калибрацију, неисправан кабл слушalice-у прекиду, неисправан тастер на управљачкој јединици.

На основу наведеног стања потребно је извршити следеће радове:

Извршити годишњи сервис са калибрацијом, замену кабла слушalice и замену неисправног тастера

Опис мањка – ванредног оштећења: HEMA

Недостатци р/д и склопови које је потребно уградити: HEMA

Оштећење склопова – агрегата: HEMA

ВП 1279 дужна да за наведени мањак-оштећење покрене поступак за надокнаду штете.

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ: На основу изнетог комисија предлаже да је наведена поправка рентабилна и да се ТМС упути на виши степен поправке:

КОМИСИЈА:

1.ск Стевановић Иван
2.цл Јовановић Горан

