

Додатно појашњење за јавну набавку "Маказаста подизни сто"

У јавном позиву број 12515-3 од 19.10.2023. године, на страни 4 **"ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА"**, за потребне техничке параметре, пета ставка (цртица) пише "минимална висина стола: најмање 350mm"

Појашњење:

Минимална висина стола за добра која нудите мора бити 350mm или мање.

То значи да понуда ако нудите добра где је минимална висина стола 351mm и више, је **неприхватљива**.