



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
Инт. бр. 109-16

Појашњење конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 17/13 – Лабораторијски фрижидери.

Дописом наш инт.бр. 109 - 14 од 01.10.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације, у складу са чланом 32. став 2. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: на страни 16/35 ставка 3.4.-показивач температуре у фрижидеру: да ли се односи на очитавање температуре постигнуте у фрижидеру или о показивачу температуре који треба да смештен у саму комору, а не споља као код већине фрижидера (LCD и сл.).

Одговор 1: Мисли се на показивач температуре, дигитални или аналогни, који је смештен са спољне стране фрижидера и који показује температуру у фрижидеру.

Питање бр. 2: на страни 16/35 за ставку 4.3. изменом је дефинисана већа запремина замрзивача: да ли је одговарајућа и нешто већа запремина замрзивача, од укупно 230 или 275 л? Молимо вас да дефинишете горњу границу.

Одговор 2: Не прихвата се измена конкурсне документације, пошто крајњи корисник нема потребе за фрижидером са већом запремином од 200 литара.

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл.економиста