

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07-3896-6
26 OCT 2020 године

БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Јавни наручилац

ДОПУНА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

У СЛЕДЕЋЕМ:

1. Спецификацији добара **ДОПУЊУЈЕ СЕ** према следећем:

Партија 3: Троаксијални акцелерометар (1 комад)

1. Троаксијални акцелерометар (1 комад)

- Пиезоелектрични "Charge" акцелерометар, осетљивости $0.316 \text{ pC/ms}^{-2} \pm 20\%$
- Кућиште: тврдо анодирани алуминијум
- Тежина акцелерометра: 13 g или лакши
- Тип конектора: 10-32 UNF
- Максимална радна температура: не мања од $175 \text{ }^\circ\text{C}$

Brüel&Kjær 4326-A или одговарајући.

Партија 4: Мерач вибрација са SD слотом и аналогним излазом

1. Мерач вибрација (1 комад)

- Фреквентно подручје 10 Hz до 1 KHz.
- Опсег убрзања 0.5 до 199.9 m/s^2
- Екстерни сензор
- Магнетни врх
- Кофер
- Батерије
- Упутство

VB-8216 SD или одговарајући.

Партија 5: Мерач температуре, влаге, притиска и протока ваздуха

1. Мерач (1 комад)

- Екстерне сонде:
 - за мерење температуре уводни или урањајући Pt100 (1 ком.) - **ознака 6000-1006**, опсег -50°C до $+350^\circ\text{C}$ / класа Б / тачност у опсегу температуре -30°C до 200°C је $\pm 0.2^\circ\text{C}$,
 - за мерење температуре - површински (1 ком.) - **ознака 6010-1073**, опсег -50°C до $+250^\circ\text{C}$ / контактна трака површине $130 \times 10\text{mm}$, 0020
 - за мерење температуре магнетни (1 ком.) - **ознака 6010-1070**, опсег -50°C до $+200^\circ\text{C}$,
 - за мерење влаге (1 ком.) - **ознака 6020-1001**, опсег 0 до 100% р.в. у опсегу температуре -30°C до $+65^\circ\text{C}$.

Прецизни дигитални инструмент укључује даталогер, 2-канални, са могућношћу избора мерне јединице за температуру °C или °F за мерење опсегу за Pt100: -200°C...+850°C и за термоелементе: -200°C ...+1760°C, опсег мерења влаге: 0...100% р.в., мерење протока је заправо мерење брзине струјања у опсегу 0...40m/s и диференцијално мерење притиска у опсегу 0...3500 Pa.

5000-0755L или одговарајући.

НАПОМЕНА: Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Реализатор предметне јавне набавке :

Име и презиме	Потпис
вс Владимир Петровић, службеник за јавне набавке	