

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 4539 -5

23-11-2020 године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе:

38300000 - Мерни инструменти:

Ред. бр.	НАЗИВ	ј/м	КОЛИ- ЧИНА
1	Завојна клипна пумпа за испитивање сигурносних вентила	КОМ	1


Према Спецификацији бр. 07-4539-3 од 23.11.2020 године у прилогу.

1. **Врста поступка јавне набавке:** набавка према Интерном акту Наручиоца
2. **Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
3. **Садржина понуде:**
 - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања робе (вирманом – 30 дана одложено),
 - рок испоруке робе,
 - локација испоруке робе (сво Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
4. Рок плаћања краћи од траженог биће третиран као битан недостатак понуде.
5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
6. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
7. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: toc@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „**Понуда по позиву бр. 07- 4539 – НЕ ОТВАРАТИ**“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, **дана 27.11.2020. године, до 11⁰⁰ часова.**
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
8. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
9. **Лице за контакт:** Петровић Владимир, тел. 3401-091, фах: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

**ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ПОДРШКУ**
ПОТПУКОВНИК
доц др Јово Даутовић, дипл. инж.



ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 4539 -3
23-11-2020, године
БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Завојна клипна пумпа за испитивање сигурносних вентила, потребно је да поседује техничку документацију, КД, исправе о усаглашености за пумпу и манометре. Манометри морају бити еталонирани.

Мора да задовољи следеће захтеве:

1. Безбедност при руковању уређајем и опремом обзиром да ради о притисцима од неколико стотина bar-a;
2. Да уређај и опрема могу обезбедити испитивање боца апарата са притисцима од 10 до 350 bar, сигурносних направа са притисцима од 10 до 350 bar и савитљивих црева са притисцима до 60 bar, при чему је неопходно да се одређени притисак одржава константан у трајању од 3 до 5 минута;
3. Да поседују одговарајуће Исправе о усаглашености (сертификати, извештаји о испитивању уређаја, уверење о еталонирању мерних инструмената уграђених на уређај);
4. Да техничка документација која се добија уз уређај буде на српском језику;
5. Да је у цену укључена, потпуна инсталација опреме и обука за руковање уређајем са добијањем потврде о оспособљености за употребу и руковање;
6. Гаранција на испоручену опрему и софтвер мора да буде најмање 36 месеци.