

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 3652-4

14-09-2022 године
БЕОГРАДПозив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе.

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

73400000 -Услуге и материјали за завршна испитивања ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом	ком	1

Техничке карактеристике добра у прилогу бр.1**1. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.****2. Садржина понуде:**

- цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
- начин плаћања (вирманом – до 30 дана одложено),
- рок испоруке (**најкасније 10 дана од дана издавања наруџбенице**),
- локација испоруке (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).

3. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. Понуде са варијантама нису дозвољене.

5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.

6. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: *komercijala@toc.vs.rs*, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 3652- НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **26.09.2022. године**, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.

7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда

8. **Лице за контакт:** Маријана Миловановић, тел.011/ 3401-091, факс: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ММ (39-091)

Прилози:

Техничка спецификац

Образац понуде

Модел наруџбенице



ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УРЕЂАЈА

Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха (IAQ) са статуром.
(Testo 400 IAQ and comfort kit with tripod или одговарајуће).

Намењен за мерење физичких величина које дефинишу климоугодност.

Ред. број	Назив карактеристике	Опис карактеристике и опсег
1.	Температура - NTC	-40 to +150 °C
2.	Тачност мерења	±0.2 °C ±1 (-25 to +74.9 °C) ±0.4 °C ±1 (-40 to -25.1 °C) ±0.4 °C ±1 (+75 to +99.9 °C) ±0.5 % of мв ±1
3.	Резолуција мерења	0.1 °C
4.	Температура - ТС Туре К (NiCr-Ni)	-200 to +1370 °C
5.	Тачност мерења	±(0.3 °C + 0.1 % of мв) ±1
6.	Резолуција мерења	0.1 °C
7.	Диференцијални притисак	-100 to +200 hPa
8.	Тачност мерења	±(0.3 Pa + 1 % of мв) ±1 (0 to 25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5 % of мв) ±1 (25.001 до 200 hPa)
9.	Резолуција мерења	0.001 hPa
10.	Апсолутни притисак	700 to 1100 hPa
11.	Тачност мерења	±3 hPa
12.	Резолуција мерења	0.1 hPa
13.	Turbulence probe-брзина струјања опсег	0 - 5 m/s
14.	Turbulence probe-брзина струјања-тачност мерења	±(0,03 m/s + 4% of m.v.
15.	Globe thermometer- опсег	0 - +120 °C
16.	Globe thermometer-тачност мерења	According to standard EN 60584-2, the accuracy of Class 1
17.	Амбијетална CO ₂ – probe, опсег	0 до 10 000 ppm
18.	Амбијетална CO ₂ – probe, тачност мерења	±(50 ppm +3% од m.v) за опсег до 5000 ppm ±(100 ppm +5% од m.v) за опсег од 5001 ppm до 10000 ppm

Напомена: Уз мерило иду три сонде (CO₂ - probe, Turbulence probe, Globe thermometer) са карактеристикама наведеним у табели под редним бројевима од 13 до 18), сталак, кофер, и торба за глобус.

Пратећа документација уз мерило:

Пратећа документација уз мерило:

- Техничка документација (User manual, measurement guide, operational manual/operating manual/guide, service manual/maintenance manual) или друга техничка документа, као на пример: (technical notes, application notes, manufacture performance specifications, or procedures) у којома су садржани поступци еталонирања/калибрације и/или верификације/валидације мерног средства).
- Доказ о метролошкој исправности мерила и припадајућих сонди (за сваку сонду понаособ), уверење о еталонирању са резултатима и мерним несигурности према SRPS ISO/IEC 17025:2017 издато од метролошке лабораторије акредитоване од стране националног акредитационог тела које је потписник међународног аранжмана о међусобном призивању резултата мерења.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку
Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом, ЈН
број 31/124/2022

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок извршења	
Место и начин извршења	

Датум

М. П.

Понуђач

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- _____

године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082
 МАТ.БР: 07093608
 ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21
 АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445
 Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
 Врста наручиоца: Орган државне управе
 ЈБКС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

понуђачу: _____

mail: _____

На основу Ваше понуде бр. _____ од _____ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста: _____

73400000 -Услуге и материјали за завршна испитивања ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена	ИЗНОС
2	73400000 Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом модел <u>(навести модел)</u>	КОМ	1	<i>(попунити)</i>	<i>(попунити)</i>

Молимо вас да нас мејлом обавестите када је е-фактура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.

1. цена: _____ + ПДВ = _____
2. начин испоруке: **fco наручилац**
3. Рок испоруке: _____ дана од пријема наруцбенице
4. плаћање: _____ до 30 дана од пријема рачуна у деловодство Наручиоца.
5. остало: _____ Уколико Додављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруцбенице, наруцбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

ДИРЕКТОР
п у к о в н и к
 др Ненко Бркљач, дипл. инж.

НАПОМЕНА: Модел наруцбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруцбенице.