

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

Бр. 07- 4358-4

17-10-2022 године

**БЕОГРАД**Позив за понуду,  
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе.

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

73400000 -Услуге и материјали за завршна испитивања ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом	ком	1

**Техничке карактеристике добра у прилогу бр.1**

- Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.**
- Садржина понуде:**
  - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
  - начин плаћања (вирманом – до 30 дана одложено),
  - рок испоруке (**најкасније 10 дана од дана издавања наруџбенице**),
  - локација испоруке (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
- Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
- Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: *komercijala@toc.vs.rs*, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07-4358– НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **25.10.2022. године**, до 11<sup>00</sup> часова.  
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
- Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
- Лице за контакт:** Маријана Миловановић, тел.011/ 3401-091, <sup>заним</sup>фах: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ММ (39-091)

Прилози:  
Техничка спецификац  
Образац понуде  
Модел наруџбенице**НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉА  
ЗА ЛОГИСТИКУ**

мајор

Драган Ивковић дипл. инж.



## ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УРЕЂАЈА

Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха (IAQ) са стативом.  
(Testo 400 IAQ and comfort kit with tripod или одговарајуће).

Намењен за мерење физичких величина које дефинишу климоугодност.

Ред. број	Назив карактеристике	Опис карактеристике и опсег
1.	Температура - NTC	-40 to +150 °C
2.	Тачност мерења	±0.2 °C ±1 (-25 to +74.9 °C) ±0.4 °C ±1 (-40 to -25.1 °C) ±0.4 °C ±1 (+75 to +99.9 °C) ±0.5 % of мв ±1
3.	Резолуција мерења	0.1 °C
4.	Температура - ТС Type K (NiCr-Ni)	-200 to +1370 °C
5.	Тачност мерења	±(0.3 °C + 0.1 % of мв) ±1
6.	Резолуција мерења	0.1 °C
7.	Диференцијални притисак	-100 to +200 hPa
8.	Тачност мерења	±(0.3 Pa + 1 % of мв) ±1 (0 to 25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5 % of мв) ±1 (25.001 до 200 hPa)
9.	Резолуција мерења	0.001 hPa
10.	Апсолутни притисак	700 to 1100 hPa
11.	Тачност мерења	±3 hPa
12.	Резолуција мерења	0.1 hPa
13.	Turbulence probe-брзина струјања опсег	0 - 5 m/s
14.	Turbulence probe-брзина струјања-тачност мерења	±(0,03 m/s + 4% of m.v.
15.	Globe thermometer- опсег	0 - +120 °C
16.	Globe thermometer-тачност мерења	According to standard EN 60584-2, the accuracy of Class 1
17.	Амбијетална CO <sub>2</sub> – probe, опсег	0 до 10 000 ppm
18.	Амбијетална CO <sub>2</sub> – probe, тачност мерења	±(50 ppm +3% од m.v) за опсег до 5000 ppm ±(100 ppm +5% од m.v) за опсега од 5001 ppm до 10000 ppm

**Напомена:** Уз мерило иду три сонде (CO<sub>2</sub> - probe, Turbulence probe, Globe thermometer) са карактеристикама наведеним у табели под редним бројевима од 13 до 18), сталак, кофер, и торба за глобус.

Пратећа документација уз мерило:

- Техничка документација (User manual, measurement guide, operational manual/operating manual/guide, service manual/maintenance manual) или друга техничка документа, као на пример: (technical notes, application notes, manufacture performance specifications, or procedures) у којома су садржани поступци еталонирања/калибрације и/или верификације/валидације мерног средства).
- Доказ о метролошкој исправности мерила, уверење о еталонирању са резултатима и мерним несигурности према SRPS ISO/IEC 17025:2017 издато од метролошке лабораторије акредитоване од стране националног акредитационог тела које је потписник међународног аранжмана о међусобном призивању резултата мерења (изузев за амбијенталну CO<sub>2</sub> сонду , наведену у табели под р.б. 17. и 18., за коју је задовољавајуће уверење произвођача о извршеној калибрацији)..



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку  
Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом, ЈН  
број 31/133/2022

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

**2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	ЗНИК
Рок важења понуде	
Рок извршења	
Место и начин извршења	

Датум

М. П.

Понуђач

---

---

## МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- \_\_\_\_\_

године  
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082  
МАТ.БР: 07093608  
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21  
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445  
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs  
Врста наручиоца: Орган државне управе  
ЈБКЈС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЈ бр. 04/2022), издаје се

### НАРУЦБЕНИЦА

понуђачу: \_\_\_\_\_  
**mail:** \_\_\_\_\_

На основу Ваше понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста: \_\_\_\_\_

73400000 -Услуге и материјали за завршна испитивања ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена	ИЗНОС
2	73400000 Професионални комплет мерач за квалитет и удобност ваздуха са (IAQ) стативом модел <u>(навести модел)</u>	ком	1	(попунити)	(попунити)

**Молимо вас да нас мејлом обавестите када је е-фактура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.**

- цена: \_\_\_\_\_ + ПДВ = \_\_\_\_\_
- начин испоруке: **fco наручилац**
- Рок испоруке: \_\_\_\_\_ дана од пријема наруцбенице
- плаћање: **до 30 дана од пријема рачуна у деловодство Наручиоца.**
- остало: Уколико Додављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруцбенице, наруцбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

**ДИРЕКТОР**  
**п у к о в н и к**  
др Ненко Бркљач, дипл. инж.

**НАПОМЕНА:** Модел наруцбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруцбенице.