

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 4780-4

10 -11- 2022 године

БЕОГРАД

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе.

73400000 -Услуге и материјали за завршна испитивања ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	- Дигитални манометар за мерење притиска од 0 бар до 700 бара. - FLUKE, 2700G-G70M/C	КОМ	1
2	- Дигитални манометар за мерење притиска од 0,8 бар до 7 бара. - FLUKE, 2700G-BG700K/C	КОМ	1


Техничке карактеристике добара дате су у прилогу бр.1

1. **Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
2. **Садржина понуде:**
 - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања (вирманом – до 30 дана одложено),
 - рок испоруке (**најкасније 10 дана од дана издавања наруџбенице**),
 - локација испоруке (ср Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
3. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
6. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: komercijala@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07-4780– НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **21.10.2022. године**, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
8. **Лице за контакт:** Маријана Миловановић, тел.011/ 3401-091, факс: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ММ (39-091)

Прилози:
Техничка спецификац
Образац понуде
Модел наруџбенице



ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРА

Техничка спецификација за дигитални манометар FLUKE, 2700G-BG700K/C

ДИГИТАЛНИ МАНОМЕТАР		Количина: 1 КОМ
Карактеристика	Захтев, опис и слично	
Мерни опсег	-0,8 bar до 7 bar	
Радни флуид	Ваздух – или течност компатибилна са материјалом од којег је манометар израђен	
Тачност мерења:	± 0,02 % F.S позитиван притисак ± 0,05% F.S вакуум	
Резолуција	0,0001 bar, дисплеј 5-1/2 дигита	
Интерфејс	LEMO connector	
Конектор за притисак	1/4" NPT male	
Адаптери	Adapter 1/4" NPT male to 1/4" BSP male, Adapter 1/4" NPT male to M20x1,5 (укључујући осталу опрему која се налази у стандарном комплету). Конектор прикључни и адаптери компатибилни са пнеуматском пумпом Fluke P5510 коју већ поседујемо	
Напајање	Батеријско	
Додатна опрема	Кабл са адаптером за напајање на 220 V, и за повезивање са рачунаром	
Документација	Упутство за коришћење Упутство за подешавање / калибрацију, Упутство за даљинско управљање.	
Обука	Није потребна	
КОМПАТИБИЛНОСТ	Корисник већ поседује један дигитални манометар и FLUKE COMPASS софтвер за калибрацију манометара и аутоматизацију система наведеног произвођача.	
Сертификат о еталонирању	У метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2017, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA	
Еквивалент	Произвођач, тип	FLUKE, 2700G-BG700K/C
	Назив	Reference Pressure Gauge
	Опције	Повезивање са ручном пумпом Fluke P5510
	Посебни захтеви	Ауторизација-сертификат о заступању произвођача

Техничка спецификација за дигитални манометар FLUKE, 2700G-G70M/C

ДИГИТАЛНИ МАНОМЕТАР		Количина: 1 КОМ
Карактеристика	Захтев, опис и слично	
Мерни опсег	0 bar до 700 bar	
Радни флуид	Течност (уље) компатибилна са материјалом од којег је манометар израђен	
Тачност мерења:	± 0,02 % F.S позитиван притисак	
Резолуција	0,01 bar, дисплеј 5-1/2 дигита	
Интерфејс	LEMO connector	
Конектор за притисак	1/4" NPT male	
Адаптери	Adapter 1/4" NPT male to 1/4" BSP male, Adapter 1/4" NPT male to M20x1,5	
Напајање	Батеријско	
Додатна опрема	Кабл са адаптером за напајање на 220 V, и за повезивање са рачунаром	
Документација	Упутство за коришћење Упутство за подешавање / калибрацију, Упутство за даљинско управљање.	
Обука	Није потребна	
КОМПАТИБИЛНОСТ	Корисник већ поседује један дигитални манометар и FLUKE COMPASS софтвер за калибрацију манометара и аутоматизацију система наведеног произвођача.	
Сертификат о еталонирању	У метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2017, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA	
Еквивалент	Произвођач, тип	FLUKE, 2700G-G70M/C
	Назив	Reference Pressure Gauge
	Посебни захтеви	Ауторизација-сертификат о заступању произвођача
Добављач	MICOM TM INTERNATIONALE doo Бул. Војводе Мишића 39а Београд	
Приближна цена	274.000,000 динара са ПДВ	
Комисија за пријем	пп мр Драган Лазић, дипл.инж. 39-011 вс Александар Ристић, дипл.инж. 39-156	

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку Дигитални манометар м, ЈН број 31/149/2022

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Дигитални манометри

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Гарантни рок	
Рок важења понуде	
Рок извршења	
Место и начин извршења	

Датум

М. П.

Понуђач

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- _____

године

БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

ЈБКЈС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

понуђачу: _____,
mail: _____

На основу Ваше понуде бр. _____ од _____ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста: _____

73400000 -Услуге и материјали за завршна испитивања ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена	ИЗНОС
1	- Дигитални манометар за мерење притиска од 0 бар до 700 бара. FLUKE, 2700G-G70M/C	ком	1	(попунити)	(попунити)
1	- Дигитални манометар за мерење притиска од 0,8 бар до 7 бара. FLUKE, 2700G-BG700K/C	ком	1	(попунити)	(попунити)

Молимо вас да нас мејлом обавестите када је е-факура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.

- цена: _____ + ПДВ = _____
- начин испоруке: **fco наручилац**
- Рок испоруке: _____ дана од пријема наруцбенице
- Гарантни рок: _____ дана од пријема наруцбенице
- плаћање: **до 30 дана од пријема рачуна у деловодство Наручиоца.**
- остало: _____ Уколико Додављач закасни са испорукем добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруцбенице, наруцбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Ненко Бркљач, дипл. инж.

НАПОМЕНА: Модел наруцбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруцбенице