

ВОЈНА БОЛНИЦА

Број 592 - 8

09.2024. године

24 SEP 2024 НИШ

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2029. год.

Функција бр. 36, редни бр. 64.

Датум: 23.09.2024.године

Обрађивач: мј Борђевић И.

На основу чланова 40. 52. 91. 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник" бр.91/19 и 92/23), члана 115. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр 29/14, 9/17, 34/18 и 19/20), извештаја о предлогу поништења поступка набавке услуге И бр. 592-7 од 23.09.2024. године, доносим:

О Д Л У К У

о обустављању поступка јавне набавке - оквирни споразум

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1. Предмет набавке: | Текуће поправке и одржавање медицинских апарата и уређаја | |
| 2. Процењена вредност набавке : | 800.000,00 динара без ПДВ | 960.000,00 динара са ПДВ |
| 3. Књиговодствена шифра плана финансирања, извор финансирања и konto економске класификације: | 544/01/42525154 | |
| 4. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: | <p>Одржавање стоматолошке опреме – Стоматологија ВБН:</p> <p>1.1. Сервисирање зубне столице (Ординација 5 – орална хирургија, др Милош): Микромотор губи снагу, прегрева се. Цури вода на турбини, замена вајха пумпе. Замена рефлектора (дотрајао, стари тип). Замена одводног ребрастог гркљан црева.</p> <p>1.2. Сервисирање зубне столице (Ординација 7 и 8 – орална протетика, др Никола): Цури вода на турбинском цреву. Сервисирање насадника W&N - у насадни инструмент не могу да уђу борери. Поправка микромотора, не покреће насадник. На споју црева и куплунга јако цури вода. Замена одводног ребрастог гркљан црева.</p> <p>1.3. Технички микромотор PERFECTA 300 (Зубна техника): Мотор не ради.</p> <p>ОПЗЗ ВБ Ниш:</p> <p>2.1. Стоматолошка столица Југодент Електра 2000 (Орд.Начелника): Цури вода из турбине, замена вајха пумпе. Замена рефлектора (дотрајао, стари тип). Сервисирање микромотора.</p> <p>2.2. Стоматолошка столица Југодент Електра (Дежурна ординација): Замена филтера воде (4ком). Цури вода из турбине, замена вајха пумпе.</p> <p>2.3. Стоматолошка столица Југодент Електра (Ординација бр.2): Нема воде на фонтани.</p> <p>2.4. Стоматолошка столица (Ординација бр.3): На турбинском цреву нема воде. Сисалка не ради. Из кутије са инсталацијом испод столице цури вода.</p> | |

| | |
|--|---|
| 5. Подаци о потенцијалним понуђачима – добављачима, потребне елементе интегралне логистичке подршке и друго: | Потписник оквирног споразума број 2048-79 од 08.07.2021. године, 2048-80 од 08.07.2021. године, 6716-184 од 07.09.2022. године, и 2910-99 од 15.07.2024. године са Војномедицинском академијом Београд – Одржавање медицинских апарата и уређаја. |
| 6. Редни број под којим је набавка планирана у јединственом плану набавки: | 0121 - Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме |
| 7. Број одлуке јавне набавке | 73/24 |
| 8. Број Наручбенице /Уговора и износ | Није издата наручбеница |
| 9. Понуђачи (назив, адреса, контакт) | Ortodent д.о.о. - Булевар Цара Константина бб, 18110 Ниш (2048-79, 2048-80) 018-520-743, 018-288-444; maja.milosavljevic@ortodent.co.rs , jelena.pancic@ortodent.co.rs Medielektro д.о.о. – Јосипа Кулунџића бр.40, 11000 Београд (6716-184) 011-3160-524, 064-1223-746; office@medielektro.co.rs ТЕХНОДЕНТ д.о.о. Нови Сад – Раковачка бр.7, 21000 Нови Сад (2910-99) 021-6432-183; finansije@sakota.biz |
| 10. Разлог поништења јавне набавке | Достављена је једна понуда понуђача Ortodent д.о.о. - Булевар Цара Константина бб, 18110 Ниш. У току стручне оцене понуде, комисија је установила да поједине понуђене ставке за поправку опреме превазилазе цену такве нове опреме. У истој понуди, за одржавање шест зубних столица и једног техничког мотора је понуђено 109 сати рада извршиоца, што комисија такође оцењује као нереалну, превисоку, вредност. На основу горе наведеног комисија је предложила да Војна болница Ниш за горе наведену услугу одржавања, донесе одлуку о обустављању поступка јавне набавке. |
| 11. Дужности комисије за спровођење поступка набавке | О обустави поступка јавне набавке обавестити фирму добављача учесника, објавити ову одлуку на порталу јавних набавки, након чега ће комисија за спровођење поступка набавке доставити писани извештај |

БМ/ИЂ



Урађено у 1 примерку,
умножено и достављено:
- Одсеку за одржавање x 1.



ПО ОВЛАШЋЕЊУ УПРАВНИКА

ПОСТУКОВНИК

др Миодраг И. Станковић