



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

Инт. бр. 508-25 /12
14 MAR 2013

Појашњење/допуна/измена
конкурсне документације,
д о с т а в љ а .-

Веза: ЈН број 40/12 – Кревети специјални болеснички.

Дописом наш инт.бр. 508-23 од 13.03.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

У Прилогу 3/1Б конкурсне документације ПАРТИЈА 1 тачка 12 тражи се: "Висинска регулација од 40цм до 80цм или шире, помоћу електромотора, односи се на горњу границу кревета (испод душека)." **Питање бр. 1:** Да ли је прихватљиво да висинска регулација буде од 39.5цм до 77.5цм или шире.?

Одговор 1: Формулација у тачки 12 се мења и гласи: "Висинска регулација од 40цм до 77.5цм или шире, помоћу електромотора, односи се на горњу границу кревета (испод душека)."

Питање бр. 2: У Прилогу 3/2Б и 3/3Б конкурсне документације ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3 тачка 6 тражи се: "Висинска регулација од 40цм до 80цм или шире, помоћу електромотора, односи се на горњу границу кревета (испод душека)." **Питање бр. 1:** Да ли је прихватљиво да висинска регулација буде од 44цм до 82цм или шире? **Одговор 2:** Формулација у тачки 6 се мења и гласи: "Висинска регулација од 44цм до 80цм или шире, помоћу електромотора, односи се на горњу границу кревета (испод душека)."

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.
МВ/-

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста

